



T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - KİLİS DEVLET
HASTANESİ
25/04/2022 11:53 - E-52446582 - 949 - 422



00164118773

Sayı : 35277066-949

Konu : DİSPOSABLE FLEXİBLE ALIMI İŞİ

TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun 22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç (27/04/2022) günü saat 10:00'a kadar Kilis Devlet Hastanesi, doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

1. Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
2. Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
3. Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi ilgili Depo Birimine teslim
4. Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2022 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç 120 (Yüz yirmi) gün içerisinde ödenecektir.
5. Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
6. Teklifler genel yekün/kısmi teklif üzerinden değerlendirilecektir.
7. Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya kilisdevlethastanesi@gmail.com adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif
8. Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
9. Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
10. Teknik şartname ektedir.

e-İmzalıdır.

HAVVA YÜKSEK
İDARİ MALİ İŞLER MÜDÜR YRD.

TEKLİFLER					
Sıra	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	TEK KULLANIMLIK ESNEK ÜRETERENOSKOP FORSEPSİ	3	ADET		
				TOPLAM(KDV HARİÇ)	

USB Bdiñtñz.

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : HAMDİ ÖKSÜZ

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1
e-posta : kilisdevlethastanesi@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 12f70609-7a76-4c6f-ac36-d8613b70be58

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>



Disposable Dijital Flexible Üretereneskop Teknik Şartnamesi

(3 ADET)

Temel İşlevi:	1. İdrar yolundan böbreklere girilerek böbrek içindeki taşların holmiyum lazer ile parçalanması ve taşların çok küçük parçalara ayrılarak, taşların temizlenmesi ve bu aşamada görüntüleme işlemleri için tasarlanmış olmalıdır.
Malzeme Tanımlama Bilgileri:	2. Disposable flexible URS ve çok kullanımlık video prosesör'den oluşmalıdır.
Teknik Özellikleri:	<p>Video Prosesör :</p> <ol style="list-style-type: none">3. Çok kullanımlık olmalıdır.4. 100-240 V 50-60 Hz şehir şebeke ceryanı ile çalışabilmelidir.5. Cihaz aynı marka dijital flexsable URS ve dijital flexsable Sisteskop ile çalışmaya müsait yapıda olmalı ve ikinci bir cihaza ihtiyaç duyulmamalıdır.6. Cihazın rezolasyon değerleri 1920 x1080 pixels (full HD) olmalıdır.7. Cihazın ekran tipi 10.1" color TFT LCD ekran olmalıdır.8. Beyaz ayarı (White balance) cihaz üzerindeki tuşla manuel olarak yapıldığı gibi otomatik olarak ta yapılabilmelidir.9. Cihaz ekranındaki operasyon esnasındaki görünüm yuvarlak, sekizgen ve kare şeklinde cihaz üzerindeki butonla hekimin isteğine göre tek tuşla ayarlanabilmelidir.10. Cihaz üzerindeki tuşlarla fotoğraf ve video kaydı alınabilmeli, istendiğinde görüntü dondurulabilmeli ve parlaklık ayarı yapılabilmelidir.11. Cihaz üzerindeki tuşlarla zoom ayarı 1-4 kademedede ayarlanabilmelidir.12. Dijital video çıkışları HDMI interface/AV interface olmalıdır.13. Cihazın USB çıkışları USB 3.0 interface, Type A olmalıdır.14. Cihaz üzerinde hafıza kartı için giriş bulunmalıdır.15. Operasyon esnasında vasküler dokuların görüntü yapısını değiştirebilecek menü ayarları olmalıdır.16. Cihaz üzerindeki çıkışlardan harici monitörlere HDM kablosu ile Full HD görüntü aktarımı yapılabilmelidir.17. Cihazla birlikte 3 mt boyunda HDM kablosu verilmelidir.18. Cihazla birlikte Flexible URS için 1 adet 3mt uzunluğunda reusable, EO ve otoklav sterilizasyonuna dayanıklı ara kablo verilmelidir. <p>Dijital Flexible URS :</p> <ol style="list-style-type: none">19. Tek kullanımlık olmalıdır.20. Endoskopun aydınlatma metodu LED teknolojisi olmalıdır.21. Endoskopun görüntü sensörü CMOS çip teknolojisi olmalıdır.22. Kamera çözünürlüğü yeterli seviyede olmalıdır.23. Görüş yönü 0°görüş açısı ise 120° olmalıdır.24. Alan derinliği 3-50 mm olmalıdır.25. Çalışma uzunluğu 650 mm olmalı ve ürün üzerinde ölçeklendirilmiş olmalıdır.26. Defleksiyon bükülme açısı aşağı ve yukarı en az 275° olmalıdır.27. Endoskop kalınlığı en fazla 8,7 fr olmalıdır.28. Enstrüman çalışma kanal çapı 3,6 Fr olmalıdır.29. Disp. URS sisteminde kullanım ömründe herhangi bir saat sınırlama ve kontör olmamalıdır.30. Operasyon esnasında filexible ucun defleksiyonunu sağlayan mandal sayesinde sabitleme sağlamalıdır.
Genel Hükümler:	<ol style="list-style-type: none">31. Steril pakette tek kullanımlık olmalıdır.32. Ürünün, UTS/TITUBB kaydı olmalıdır.

[Handwritten signature]
KILIS DEVLET HASTANESİ
Dip. No: 13634/23755

[Handwritten signature]
KILIS DEVLET HASTANESİ
Dip. No: 123229

[Handwritten signature]
Op. Dr. Erhan ÖNER
Kilis Devlet Hastanesi
Üroloji Uzmanı
Dip. No: 162755