



T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA
BİRİMİ
25/04/2022 12:02 - E-52446582 - 949 - 314
00164117134

Sayı : 35277066-949

Konu : 2 kalem anjio tıbbi sarf malzeme alımı

TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun 22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç (26/04/2022) günü saat 10:00 'a kadar Kilis Devlet Hastanesi, doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

1. Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
2. Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
3. Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu
4. Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2022 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç **120(Yüzyirmi)** gün içerisinde ödenecektir.
5. Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
6. Teklifler genel yekün/kısmi teklif üzerinden değerlendirilecektir.
7. Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya kilisdevlethastanesi@gmail.com adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif
8. Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
9. Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
10. Teknik şartname ektedir.

e-izmalıdır.

HAVVA YÜKSEK
İDARİ MALİ İŞLER MÜDÜR YRD.

TEKLİFLER					
Sıra	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	ANJİO-TRANSRADİAL ERİŞİM KOL BANDI	50	ADET		
2	ANJİO-KILAVUZ TEL 0,038 İNÇ STANDART 180 CM	150	ADET		
				TOPLAM(KDV HARİÇ)	

UDB K. K. K. K.

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : GONCAGÜL YİĞİT

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1
e-posta : kilisdevlethastanesi@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 4c1af364-506e-4e23-b658-43974559e6e7

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>



20. Kalem

TRANSRADYAL ERİSİM KOL BANDI

1. Kol bandı radial girişim sonrası kanamayı durdurmak için radial artere basınç uygulamak üzere dizayn edilmiş olmalıdır.
2. Kol bandı, kanamayı kontrol edebilmek için şeffaf yapıda olmalıdır.
3. Kol bandında basıncı uygulanacak yer farklı renk ile belirlenmiş olmalıdır.
4. Kol bandı ile birlikte enjektör aynı pakette bulunmalıdır.
5. Kol bandında venöz dönüşünü engellemek için 2 adet hava yastığı olmalıdır.
6. Kullanım miktarı ve zamanı değişken olup hastanenin depo birimi tarafından ayarlanacaktır. Miktar ilgili depo tarafından istenilen miktarlarla ve zamanlara bölünebilecektir.

Uzm. Dr. Servet BALT
KILIS DEVLET HASTANESİ
Kardiyoloji Uzmanı
Dip. Tes. No 135470

Uzm. Dr. Mahmut ARSLAN
KILIS DEVLET HASTANESİ
Kardiyoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 208268

13.kalem

KILAVUZ TEL (GUIDE WIRE) 0.038 İNC.150 CM

1. Paslanmaz çelikten yapılmış, politetraflor etilen veya teflon kaplı olmalı ve kaygan olmalıdır. Distal 3 cm lik uç kısmı yumuşak ve (J) tipi hafızalı olan kılavuz teldir.
2. Boyu 145 -260 cm arasında, kalınlığı "-0.038" olmalıdır.
3. Kılavuz tellerin kalınlığına göre miktarları ihale sonrası anjiyo laboratuvar sorumlusu tarafından belirlenecektir.
4. Firma istenilen miktarda ve özellikteki kılavuz telleri temin etmek zorundadır.

Uzm. Dr. Sermet BALT
KILIS DEVLET HASTANESİ
Kardiyoloji Uzmanı
Dip. Tes. No 135470

Uzm. Dr. Mahmut ARSLAN
KILIS DEVLET HASTANESİ
Kardiyoloji Uzmanı
Dip. Tes. No 208268