



T.C.  
KİLİS VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA  
BİRİMİ

17/05/2022 13:16 - E-52446582 - 949 - 343



00165375468

Sayı : 35277066-949

Konu : 1 KALEM ANJİO KILAVUZ TEL ALIMI İŞİ

**TEKLİF MEKTUBU**

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun 22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

18 / 05 / 2022 ) günü saat 10:00'a kadar Kilis Devlet Hastanesi, doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim. (

- 1.Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
- 2.Adi geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
- 3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu
- 4.Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2022 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç **120(Yüzyirmi)** gün içerisinde ödenecektir.
- 5.Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
- 6.Teklifler genel yekün teklif üzerinden değerlendirilecektir.
- 7.Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya [kilisdevlethastanesi@gmail.com](mailto:kilisdevlethastanesi@gmail.com) adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif mektubunun aslının gönderilmesini rica ederim.
- 8.Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
- 10.Teknik şartname ektedir.

e-izmalıdır.

Havva YÜKSEK

İDARİ MALİ İŞLER MÜDÜR YRD.

Marka / Model/ UBB / SUT :

TEKLİFLER					
Sıra	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	ANJİO-PTCA KILAVUZ TEL 0,014 İNÇ 150-190 CM (FLOPPY TEL) HIDROFİLİK	90	ADET		
				<b>TOPLAM(KDV HARİÇ)</b>	

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : MUSTAFA TOPAL

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

e-posta : kilisdevlethastanesi@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 8e20f111-2d57-49e9-8a6b-773b2c98934a

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>



382

Floppy

**KILAVUZ TEL (GUIDE WIRE) 0.014**

1-Boyu en az 175 cm, kalınlığı 0.014" olmalıdır.

2-Farklı lezyonlarda kullanımı kolaylaştırmak için yumuşak (floppy), intermedier, standart ve extrasupport (stiff), ve benzeri 4 ayrı tipte tipleri olmalı ve bu tiplerden en az 2 veya 3 tipin hidrofilik formu bulunmalı ve uç kısmı J şeklinde olmalıdır. Hidrofilik ve klasik formların miktarları hastane tarafından (hidrofilik tellerin miktarı 9010-15 i geçmeyecek şekilde) belirlenecektir. İleride tipler arasında deęiştirme yapılma garantisi verilmelidir.

3-Ayrıca distal uç kısmın şekli kolayca bozulmayacak şekilde üretilmelidir.

4-Proksimal kısmı PTFE ve benzeri materyel ile kaplanarak kayganlığı arttırılmış, distal uç kısım silikon ve benzeri materyelle kaplanarak rezistansı azaltılmış olmalıdır.

5-Distal ucun 3 cm'lik bölümü radyoopak olmalıdır.

6-Wire gövdesi paslanmaz çelikten yekpare yapılmış olmalı, ekleme olmamalı, itilebilme (ve mükemmel bir torkabilite özellikleri bulunmalıdır.

6-Steril paketlerde, tiplerini, sterilizasyon veya son kullanım tarihlerini gösterecek şekilde ambalajlanmış olmalıdır.

*Uzm. Dr. Mustafa AKDEM*  
KILIS DEVLET HASTANESI  
Kardiyoloji Uzmanı  
Dip. Tes. No:183075

*Uzm. Dr. Mustafa AKDEM*  
KILIS DEVLET HASTANESI  
Kardiyoloji Uzmanı  
Dip Tes No 135470