



T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA
BİRİMİ

17/05/2022 16:17 - E-52446582 - 949 - 347



00165487942

Sayı : 35277066-949

Konu : 2 KALEM TIBBİ SARF (SANTRAL VENÖZ VE HEMODİYALİZ KATATERİ) ALIM İŞİ

TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun 22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç **20.05.2022** günü saat 10:00 ' a kadar Kilis Devlet Hastanesi doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1.Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
- 2.Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
- 3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi İlgili Depo Birimine teslim
- 4.Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2022 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç **120(Yüzyirmi)** gün içerisinde ödenecektir.
- 5.Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
- 6.Teklifler genel yekûn/kısmi teklif üzerinden değerlendirilecektir.
- 7.Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya kilisdevlethastanesi@gmail.com adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif
- 8.Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
- 10.Teknik şartname ektedir.

e-İmzalıdır.

HAVVA YÜKSEK
İDARİ MALİ İŞLER MÜDÜR YRD.

TEKLİFLER					
Sıra	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	SANTRAL VENÖZ KATETER ÜÇ LÜMENLİ 8,5 FR	200	ADET		
2	HEMODİYALİZ KATETERİ GEÇİCİ ÇİFT LÜMENLİ 12F 15(±1)CM	100	ADET		
ULBB BELİRTİNİZ				TOPLAM(KDV HARİÇ)	

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili: 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt: FIRAT BAKIR

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

e-posta : kilisdevlethastanesi@gmail.com



SANTRAL VENÖZ KATETER YETİŞKİN (3 LÜMENLİ-8,5 FR) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Seldinger yöntemiyle santral venler yerleştirilip, santral ven basınç monitorizasyonu, iv solüsyonların değişik infüzyon hızları ile ayrı lümenlerden uygulanması ve venöz kandan örnek alınması sağlanmalıdır.
- 2- Setin içerisinde şunlar bulunmalıdır:
 - a) 1 adet ven ponksiyonu için çelik iğne bulunmalıdır.
 - b) 1 adet kılavuz tel: radyoopak özellikte, bir ucu düz diğeri j şeklinde ve fleksibl olmalı, kılavuz telin esnekliği uygulama sırasında test edilerek 45 derecelik açıyla büküldüğünde, katlanma olmadan ve kırılmadan yapısını koruyabilmelidir.
 - c) 1 adet kateter: poliüretandan, radyoopak ve kanın pıhtılaşmasını önleyici kaliteli materyalden yapılmış olmalıdır. Kateterin üzerindeki uzunluk işaretleri kolay okunabilmeli, ucu ince ve fleksibl olmalıdır. Değişik renk kodları ile belirlenmiş uzantı tüpleri luer kilit bağlantılı ve üzerinde klemp bulunmalıdır.
 - d) Katetere ait lümenlerin iç hacimleri ve akış hızları bilgisi setin paketinin üzerinde yazılı olmalıdır. Lümenlerden birinin çapı mutlaka diğeri veya diğerlerinden hızlı sıvı verilmesine izin verecek şekilde daha geniş çapta akış hızında olmalıdır.
 - e) Kateterin proksimal lümen çıkışında kan ve sıvı birikimine neden olabilen ölü boşluk bulunmamalıdır.
 - f) 1 adet enjektör
 - g) 1 adet fiksasyon konnektörü
 - h) 1 adet kullanım kılavuzu
 - i) 1 adet 11 nolu bistüri temin edilmelidir.
 - j) Kateterin ucu dokuya zarar vermeyecek ve damar girişi sırasında hasar görmeyecek yapıda olmalıdır.

3- .

Op. Dr. Akay Nihat ACAR
KILIS DEVLET HASTANESİ
Kıp ve Damar Cerrahisi Uzm.
Dip. Tesc. No: 163741/139157

DİYALİZ KATATERİ (GEÇİCİ, ÇİFT LÜMENLİ, 11-12F) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hemodiyaliz tedavisi için kısa süreli damar yolu sağlamak amacı ile subklavian ven, femoral ven ve tercihan juguler vene uygulanabilir yapıda ve çift lümenli olmalıdır. Hastane; katater değişme talep ettiği zaman değiştirilmelidir.
2. Hemodiyaliz katateri set şeklinde olmalıdır.
3. Hemodiyaliz katateri seti en az aşağıdaki parçalardan oluşmalıdır. Tüm parçalar şeffaf tek bir ambalaj içinde olmalıdır.
 - i. 11-12F genişliğinde ve 15-16 cm boyunda çift lümenli katater 1 adet
 - ii. J tip guide wire (girişim iğnesi ve dilatatöre uygun) 1 adet. Klavuz teli paslanmaz çelik olup, her iki ucu flexible olmalı ve uçlardan biri "J" diğer ucu "düz" flexible olmalıdır.
 - iii. Uygun çapta seldinger girişim iğnesi 1 adet
 - iv. Vessel dilatatör en az 1 adet
 - v. Luer kilitli enjeksiyon kapağı 2 adet
4. Katater gövdesi ve boruları biyolojik uyumlu, radyopak ve ısıya duyarlı damara zarar vermeyen poliüretan malzemeden yapılmış olmalıdır. Katater gövdesi damar içinde yumuşayarak içinde bulunduğu damara uyum göstermelidir.
5. Katater bağlantı boruları şeffaf olmalı ve arter bağlantısında KIRMIZI; ven bağlantısında MAVİ güvenlik klempleri bulunmalıdır. Katater bağlantı boruları juguler katater için "m" şeklinde olmalıdır.
6. Malzemeler steril orijinal ambalajında olmalı ve ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, sterilizasyon tipi, tarihi ve lot numarası yazılı olmalıdır.
7. Katater tespiti için dönerli suture bağlantısı bulunmalıdır.
8. Ürünler numune üzerinden değerlendirilecektir.

Op. Dr. **Nihal ACAR**
KILIS DEVLET HASTANESİ
Kardiyoloji ve Damar Cerrahisi Uzm.
Dr. Teşv. No : 163741/139157