



T.C.  
KİLİS VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA  
BİRİMİ

18/05/2022 14:32 - E-52446582 - 949 - 351



00165545275

Sayı : 35277066-949

Konu : 1 KALEMFAKOEMÜLSİFİKASYON KASEDİ ( FAKOEMÜLSİFİKASYON CİHAZINA UYUMLU )ALIMI

**TEKLİF MEKTUBU**

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun 22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç **23.05** / 2022 ) günü saat 10:00 'a kadar Kilis Devlet Hastanesi, doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1.Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
- 2.Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
- 3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu
- 4.Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2022 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç **120(Yüzyirmi)** gün içerisinde ödenecektir.
- 5.Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
- 6.Teklifler genel yekün/kısmi teklif üzerinden değerlendirilecektir.
- 7.Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya **kilisdevlethastanesi@gmail.com** adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif
- 8.Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
- 10.Teknik şartname ektedir.

e-imzalıdır.  
HAVVA YÜKSEK  
İDARİ MALİ İŞLER MÜDÜR YRD.

TEKLİFLER					
Sıra	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	FAKOEMÜLSİFİKASYON CİHAZINA UYUMLU	50	ADET		
				<b>TOPLAM(KDV HARİÇ)</b>	

**12055** belirtilir.

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : GONCAGÜL YİĞİT

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

e-posta : kilisdevlethastanesi@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 06447930-b95c-4ccc-8ade-ca7b1467f3cb

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>



## FAKOEMÜLSİFİKASYON KASEDİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Kaset, monoblok, şeffaf sert plastikten imal edilmiş olmalıdır.
- 2- İrrigasyon ve Aspirasyon tevzii, kaset sistemindeki özel sert kanallar sayesinde sağlanmalıdır. Kaset içerisindeki tevziyi sağlamak için silikon hortumlar kullanılmış olmamalıdır.
- 3- İrrigasyon ve Aspirasyon hatları ile serum seti ve damlacık odacığı, kasete üretim esnasında sabitlenmiş olmalıdır ve her hangi bir şekilde yanlış bağlantıya imkan tanımamalıdır.
- 4- İrrigasyon ve Aspirasyon hatlarının fako elciğine takılacak konnektörleri yanlış bağlantıya imkan vermeyecek şekilde ve renkte üretilmiş olmalıdır.
- 5- Kasetin Aspirasyon hattını oluşturan hortum sisteminin yüksek vakumlarda güvenle kullanılması için sertliği ve et kalınlığı artırılmış olmalıdır.
- 6- Kasetin Aspirasyon hattını oluşturan hortum sisteminin rengi, kolay ayırt edilebilmesi için İrrigasyon hattını oluşturan hortum sisteminin renginden farklı olmalıdır.
- 7- Kaset içerisinde operasyon anında surge'ü önleyici BSS haznesi bulunmalıdır.
- 8- Kaset cihazın pompa sistemine otomatik olarak yüklenebilmelidir.
- 9- Kaset sistemi sayesinde irrigasyon sıvısı basıncı ile vakum değerleri sürekli olarak cihaz sensörleri tarafından ölçülebilmelidir.
- 10- Kaset özel olarak imal edilmiş, mukavim, plastik bir kutu içerisinde, steril olarak hazır bulunmalıdır.
- 11- Steril kaset sistemi kutusu içinde steril cihaz tepsisi örtüsü bulunmalıdır.
- 12- Kaset kutusu üzerinde üretim ve son kullanma tarihleri bulunmalıdır.
- 13- Kaset sistemi, hastanemizdeki cihazın üretici firması tarafından üretilmiş olmalıdır. Üretici firma tarafından üretilmemiş kaset sistemleri hastaya zarar verme, komplikasyon oluşturma ve cihazın arızalanması risklerini taşıdığı için değerlendirme dışı kalabilir ve / veya bu gibi durumlarda oluşabilecek zararı karşılamak için teklif veren firmadan taahhütname istenebilir.
- 14- Numuneler hekimler tarafından denendikten sonra karar verilecektir.

### Fako Cihazı Kasedi ile birlikte aşağıdaki malzemeler ücretsiz verilecektir.

- Handpiece : 1 Adet
- Bimanuel I/ A : 1 Set
- Ön Vitrektomi Probu : 2 Adet
- Bimanuel İrrigasyon Aspirasyon Elçiğı : 1 Çift
- Sleeve : 3 Adet
- Tip : 6 Adet

*Op. Dr. Erhan Koray SAĞDIÇ*  
Kilis İl Sağlık Müdürlüğü  
Kilis Devlet Hastanesi  
Göz Hastalıkları Uzmanı  
Dip. Tes. No : 145365

652 Doktor  
Abraham Btham YILMAZ