



T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA
BİRİMİ

20/05/2022 09:28 - E-52446582 - 949 - 358



00165611752

Sayı : 35277066-949

Konu : 2 KALEM HASTABAŞI MONİTÖR (EKG KABLOSU-SPO2 ÖLÇÜM PROBU)ALIM İŞİ

TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun 22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç (23.05/2022) günü saat 10:00 ' a kadar Kilis Devlet Hastanesi,doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1.Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
- 2.Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
- 3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi İlgili Depo Birimine teslim
- 4.Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2022 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç 120(Güzyirmi). gün içerisinde ödenecektir.
- 5.Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
- 6.Teklifler genel yekün/kısmi teklif üzerinden değerlendirilecektir.
- 7.Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya kilisdevlethastanesi@gmail.com adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif
- 8.Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
- 10.Teknik şartname ektedir.

e-imzalıdır.

HAVVA YÜKSEK

İDARİ MALİ İŞLER MÜDÜR YRD.

TEKLİFLER

Sıra	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	HASTABAŞI MONİTÖR SPO2 ÖLÇÜM PROBU PARMAK YETİŞKİN ÇOK KULLANIMLIK	5	ADET		
2	HASTABAŞI MONİTÖR EKG KABLOSU 3 LEAD	5	ADET		
				TOPLAM(KDV HARİÇ)	

UBS BELİRTİNİZ

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : FIRAT BAKIR

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

e-posta : kilisdevlethastanesi@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 92477986-9d86-43c8-bb73-b64f7b613521 Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-cbys>



**TIBBİ MONİTÖR SPO2 ÖLÇÜM PROBU PARMAK YETİŞKİN ÇOK KULLANIMLIK
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

A)KONU: Kilis Devlet Hastanesi Koroner Yoğun Bakımda kullanılan Nihon Kohden marka BSM-4113k model hasta başı monitör için alınacak olan Spo2 probu teknik şartnamesidir.

B)TEKNİK ÖZELLİKLER:

1. Spo2 probu Kohden marka BSM-4113k model hastabaşı monitörüne uyumlu ve orijinal ambalajında olmalıdır.
2. Spo2 probu yetişkin hastalara uyumlu olmalıdır ve prob yumuşak yapıda olmalı parmaktan ölçüm alabilmelidir.
3. Alınacak prob cihaz üzerinde denendikten sonra kabul edilecektir. Firmalardan teklif sırasında numune istenecektir.
4. Prob; dezenfektan, alkol vs temizleyicilerle temizlenebilir ve yapıldığı malzeme bu temizlik ürünlerine karşı dayanıklı olmalıdır.
5. Teklif edilen probun en az 6 (altı) ay garantisi olmalıdır.
6. Teklif edilen ürünün UBB/UTS kodu olmalıdır.

Sümevra GÜMÜŞALAN
Koroner Yoğun Bakım
Birim Sorumlusu



Mehmet ACAR



Eylen Adan



HASTABAŐI MONİTÖR EKG KABLOSU 3 LEAD TEKNİK ŐARTNAMESİ

A)KONU: Kilis Devlet Hastanesi Koroner Yoęun Bakımda kullanılan Nihon Kohden marka BSM-4113k model hasta baŐı monitör iin alınacak olan ekg kablosu teknik Őartnamesidir.

B)TEKNİK ÖZELLİKLER:

1. Ekg kablosu Nihon Kohden marka BSM-4113k model hasta baŐı monitörüne uyumlu ve sıfır ambalajında olmalıdır.
2. Ekg kablosu timsah ulu, IEC renk kodlu ve 3 lead olmalıdır. Ekg kablosunun giriŐ soketi 8 pinli olmalıdır.
3. Alınacak ekg kablosu cihaz üzerinde denendikten sonra kabul edilecektir. Firmalardan teklif sırasında numune istenecektir.
4. Ekg kablosu; dezenfektan, alkol vs temizleyicilerle temizlenebilir ve yapıldıęı malzeme bu temizlik ürünlerine karŐı dayanıklı olmalıdır.
5. Teklif edilen ekg kablosunun en az 6 (altı) ay garantisi olmalıdır.
6. Teklif edilen ürünün UBB/UTS kaydı olmalıdır.

Mehmet ACAR


Sümevra GÜMÜŐALAN
Koroner Yoęun Bakım
Birim Sorumlusu



Eylem Akar
