

T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı

KİLİS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - KİLİS İL SAĞLIK
MÜDÜRLÜĞÜ
19:12/2017 14:40 - 35277066 - 949 - E.2289



Sayı : 35277066-869

12/2017

Konu : Endoskopik Emme ve Yıkama Sistemi Hava Su Tankı Alımı

Müdürlüğümüze bağlı **Kilis Devlet Hastanesi**'nin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı Kamu İhaleleri Kanunu'nun 22. Maddesinin (d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç **22/12/2017 günü saat 14 : 00** 'e kadar Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığına gönderilmesini rica ederim.

İdari Şartlar;

1. Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
2. Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
3. Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben **10 iş günü** içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu Birimi'ne teslim edecektir .
4. Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2017 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç 120 (yüz yirmi) gün içerisinde ödenecektir.
5. Teklifler **genel yekûn/kısmi teklif üzerinden** değerlendirilecektir.
6. Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma birimine kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde **0 348 814 55 31** no lu telefona faks edilmesi ve daha sonra teklif mektubunun aslının gönderilmesini rica ederim.
7. Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
8. Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
9. Teknik şartname ektedir.

Abdulcelil YILMAZ
Başkan Yrd.

Sıra	Cinsi	Miktarı	Birim	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	Endoskopik Emme ve Yıkama Sistemi Hava Su Tankı	1	Adet		
Toplam (KDV Hariçtir)					

**ENDOSKOPIK EMME VE YIKAMA SİSTEMİ HAVA / SU TANKI
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

A) **KONU:** Kilis Devlet Hastanesi Endoskopi Bölümünde kullanılan Olympus marka 1008445448 künye numaralı endoskopi sistemi için satın alınacak olan bir adet Endoskopik Emme Yıkama Sistemi teknik şartnamesidir.

B) TEKNİK ÖZELLİKLER:

1. Alınacak olan emme yıkama sistemi su tankı sert plastikten üretilmiş olmalıdır.
2. Emme yıkama sistemi hastanemizde mevcut kullanılan Olympus marka endoskopi kulesine monte edilebilir olmalıdır.
3. Emme yıkama sistemi Olympus marka skoplara tam uyumlu olmalıdır.
4. Emme yıkama su tankı otoklav edilebilir olmalıdır.
5. Emme yıkama sistemi orjinal ve kullanılmamış olmalıdır.
6. Numune üzerinden değerlendirilip alımına karar verilecektir.

[Handwritten Signature]
KORKMAZ
Hastane

[Handwritten Signature]
Dr. Gülten Can SEZGİN
KILIS DEVLET HASTANESİ
Gast. Enteroloji Uzmanı
Dip. Tes. No : 118007