

ISI – NEM ÖLÇER TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. CİHAZ DİJİTAL OLMALIDIR .
2. CİHAZ LCD EKİRAN OLMALIDIR.
3. SICAKLIK ÖLÇÜM ARALIĞI -20C+50C OLMALIDIR.
4. SICAKLIK HASSASİYETİ(+/-0,1C) OLMALIDIR.
5. NEM ÖLÇÜM ARALIĞI%20-%70 OLMALIDIR.
6. NEM ÖLÇÜM HASSASİYETİ%1 OLMALIDIR.
7. ISI VE NEM İÇİN ATRI MAX/MİN ALARM ARALIĞI OLAN MI SAAT FONKSİYONU OLMALIDIR.
8. PİLLERLE ÇALIŞABİLİR OLMALIDIR.
9. CİHAZ DUVARA ASILABİLMEKTEDİR VE MASA ÜSTÜNDE AYAKLARI VASITASI İLE KOLAYCA KULLANILABİLİR OLMALIDIR.BUZDOLABI ISI ÖLÇER OLARAK DA KULLANILABİLMEKTEDİR.
10. CİHAZLAR TESLİM TARİHİNDE İTİBAREN EN AZ 2 YIL GARANTİLİ OLMALIDIR.

SERVİS HEMŞİRESİ
AYŞE DEMİR

SERVİS SORUMLUSU
NAZLI BAĞCI