

T.C.  
KİLİS VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı

KİLİS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - KİLİS İL SAĞLIK  
MÜDÜRLÜĞÜ  
26.12.2017 11:20:43.95 (266 - 86) - E-2014



Sayı : 95168743

Konu : Kalen Hasta Transfer Sedyesi Kayacı Rolosu Alın İşi

Müdürlüğümüze bağlı Kilis Devlet Hastanesi ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alınması 4734 sayılı Kamu İhaleleri Kanunu'nun 22. maddesinin (a) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç **29 / 12 / 2017** günü saat 14 :00 'e kadar Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığına gönderilmesini rica ederim.

İdari Şartlar:

1. Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir, KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
2. Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
3. Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2018 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç 120 (yüz yirmi) gün içerisinde ödenecektir.
4. Teklifler genel **yekün/kısmi teklif üzerinden** değerlendirilecektir.
5. Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satınalma Birimimize **kapalı zarf** içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 55 31 no lu telefona faks edilmesi ve daha sonra teklif mektubunun **gönderilmesini** rica ederim.
6. Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
7. Söz konusu alımla ilgili sözleşme imzalanacaktır.


Teknik şartname ektedir

Abdülcelil YILMAZ  
Başkan Yard.

S.No	Malzemenin Adı	Miktarı	Birim	UBB Kodu	Markası	B. Fiyatı	Toplam
1	Hasta Transfer Sedyesi Transfer Kayacı Rulosu (Roll Board)	2	Adet				
TOPLAM (KDV Hariçtir )							

## ROLL BOARD /HASTA KAYACI ŞARTNAMESİ

1. Hastaların yatak-sedye transferinde kolaylık sağlayıcı olmalıdır.
2. En içinde sert ve kolay kırılmayan PVC , polyester veya benzeri bir plaka bulunmalı , bu plaka anti bakteriyel ve iki parçadan oluşmalıdır.
3. Plaka üzerinde dayanıklılığı artırıcı ve kullanım kolaylığı sağlayıcı PVC ped veya eva diye tabir edilen malzeme iki yüzüne de kaplanmış olmalıdır.
4. Boylamasına eklenen ve kırılma payı verilerek ikiye katlanabilecek şekilde olmak kaydı ile plakanın dışı kolay temizlenebilen ,silinebilen yıkanabilen ve yüzey dezendektanlarından zarar görmeyen kaygan bir özelliğe sahip olan bir kaplama ile dikişle kaplanmış olmalıdır .
5. Her iki kısa başa tutma ve taşıma amaçlı olarak tutaç ,dikişle veya sıcak presle eklenmiş olmalıdır.
6. İç kesim /katman malzemenin üzerinde kendi ekseni içinde dönerek hastanın istenen yere transferini sağlamalıdır.
7. Hasta kayacı,plastik torba /poşet /karton bir kutu içinde muhafaza edilmek üzere paketli olmalıdır.
8. Ebatları en az 180x50 olmalıdır.
9. Ağırlığı en fazla 3 kg olmalıdır.
10. Ürünlerin uygunlukları numunelerin incelenmesinden sonra verilecektir.

11.12.2017  
Selma TEMÜROĞLU  
Poliklinik Sorumlusu  


Uzm. Dr. Faruk KAYA  
KILIS DEVLET HASTANESİ  
İç Hastalıkları Uzmanı  
Dip. Tes. No : 119554  
