

T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı

KİLİS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - KİLİS İL SAĞLIK
MÜDÜRLÜĞÜ

03:01/2018 13:58 - 35277066 - 949 - E.61



00059787727

Sayı : 35277066-869

/01/2018

Konu : Kan Saklama Dolabına Şarj Edilebilen Batarya Alımı İşi

Müdürlüğümüze bağlı **Kilis Devlet Hastanesi**'nin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı Kamu İhaleleri Kanunu'nun 22. maddesinin (d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç **08 / 01 / 2018 günü saat 14 :00** 'e kadar Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığına gönderilmesini rica ederim.

İdari Şartlar;

1. Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
2. Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
3. Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2018 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç 120 (yüz yirmi) gün içerisinde ödenecektir.
4. Teklifler **genel yekün/kısmi teklif üzerinden** değerlendirilecektir.
5. Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde **0 348 814 55 31** no lu telefona faks edilmesi ve daha sonra teklif mektubunun aslının gönderilmesini rica ederim.
6. Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
7. Söz konusu alımla ilgili sözleşme imzalanacaktır.
8. Teknik şartname ektedir.

Abdulcelil YILMAZ
Başkan Yrd.


Sıra	Cinsi	Miktarı	Birim	Marka	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	Şarj Edilebilen Batarya	1	Adet			
Toplam (KDV Hariçtir)						

ŞARJ EDİLEBİLİR BATARYA TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Batarya Şarj edilebilir özellikte olmalıdır.
2. Çalışma Gerilimi 6,70-6,90 Volt arası
3. Bekleme Gerilimi 7,20-7,40 Volt arası
4. Maksimum 1,20-1,30 Amper arası
5. Boy :10 cm, Eni 4,5 cm, Yüzey :7cm olacaktır.
6. Ürün 6ay garantili olacaktır.


İbrahim TİGLİ
Tıbbi Sekreter


Hüseyin KALAY
Biyomedikal Tek


Mustafa Latif YAZGAN
Biyomedikal Teknik Servis
Elektrik Teknikeri