

T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Merkezi Satınalma Birimi

KİLİS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - KİLİS İL SAĞLIK
MÜDÜRLÜĞÜ
05/02/2018 10:10 - 35277066 - 869 - E.603



Sayı : 35277066-869
Konu : Tıbbi Monitör SPO2 Ölçüm Probu Alımı

/02/2018

Müdürlüğümüze bağlı **Kilis Devlet Hastanesi**'nin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı Kamu İhaleleri Kanunu'nun 22. maddesinin (d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç **09/ 02 / 2018 günü saat 14 : 00** 'e kadar Merkezi Satınalma Birimine gönderilmesini rica ederim.

İdari Şartlar;

1. Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
2. Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
3. Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2018 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç 120 (yüz yirmi) gün içerisinde ödenecektir.
4. Teklifler **genel yekün/kısmi teklif üzerinden** değerlendirilecektir.
5. Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimize **kapalı zarf içerisinde** teslim edilmesi, edilememesi halinde **0 348 814 55 31** no lu telefona faks edilmesi ve daha sonra teklif mektubunun **aslının** gönderilmesini rica ederim.
6. Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
7. Teknik şartname ektedir.

Abdulcelil YILMAZ
Başkan Yrd.

Sıra	Cinsi	Miktarı	Birim	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	SPO2 Ölçüm Probu Parmak Yetişkin Çok Kullanımlık (Spacelabps Uyumlu)	24	Adet		
Toplam (KDV Hariçtir)					

Merkezi Satınalma Birimi
Tel: 0348 822 11 11 / Dahili: 1859 Faks: 814 55 31
İrt: F.ÇİMEN

Abdullah Gül Bulv.Çevre Yolu Üzeri, Merkez/Kilis
e-posta : kilisdevlethastanesi@gmail.com

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden e64dff0-9a53-4d03-ad5d-f09765ab7d4c kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

TIBBİ MONİTÖR SPO2 ÖLÇÜM PROBU PARMAK YETİŞKİN ÇOK KULLANIMLIK TEKNİK ŞARTNAMESİ

A)KONU: Kilis Devlet Hastanesi Genel Yoğun Bakımda kullanılan Spacelabs marka 91390 model hasta başı monitör için alınacak olan Spo2 probu teknik şartnamesidir.

B)TEKNİK ÖZELLİKLER:

1. Spo2 probu Spacelabs marka 91390 model hastabaşı monitörüne uyumlu ve orijinal ambalajında olmalıdır.
2. Spo2 probu yetişkin hastalara uyumlu parmak tipi olmalıdır.
3. Spo2 probunun CE belgesi olmalıdır.
4. Alınacak prob cihaz üzerinde denendikten sonra kabul edilecektir. Firmalardan teklif sırasında numune istenecektir.
5. Prob; dezenfektan, alkol vs temizleyicilerle temizlenebilir ve yapıldığı malzeme bu temizlik ürünlerine karşı dayanıklı olmalıdır.
6. Teklif edilen probun en az 1 (bir) yıl garantisi olmalıdır.

Songül ÇEKİCİ
KILIS DEVLET HASTANESİ
Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi
Sicil No 67093

Sevgi DAĞTEKİN
Hemşire