

T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - KİLİS SATIN ALMA
BİRİMİ

13.02.2018 14:45 - 35277066 - 949 - E.25



00062732571

Sayı : 52446582/949

Konu : 1 Kalem Şarj Edilebilir Batarya Alımı İşi

Müdürlüğümüze bağlı **Kilis Devlet Hastanesi**'nin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı Kamu İhaleleri Kanunu'nun 22. maddesinin (d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç **16 / 02 / 2018 günü saat 14 :00** 'e kadar Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığına gönderilmesini rica ederim.

İdari Şartlar;

1. Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
2. Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
3. Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2018 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç 120 (yüz yirmi) gün içerisinde ödenecektir.
4. Teklifler **genel yekün/kısmi teklif üzerinden** değerlendirilecektir.
5. Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 55 31 no lu telefona faks edilmesi ve daha sonra teklif mektubunun aslının gönderilmesini rica ederim.
6. Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
7. Söz konusu alımla ilgili sözleşme imzalanacaktır.
8. Teknik şartname ektedir.

Mehmet TATLICI
Hastane İdari Mali İşl. Müd.

S. NO	Cinsi	Miktarı	Birim	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	LARİNGOSKOP ŞARJ EDİLEBİLİR BATARYA HEINE MARKA UYUMLU	2	ADET		
Toplam (KDV Hariçtir)					

LARİNGOSKOP ŞARJ EDİLEBİLİR BATARYA TEKNİK ŞARTNAMESİ

A)KONU: Kilis Devlet Hastanesi Genel Yoğun Bakımda kullanılan Heine marka laringoskop cihazı için alınacak olan şarj edilebilir batarya teknik şartnamesidir.

B)TEKNİK ÖZELLİKLER:

1. Talep edilen batarya cihaza ve mevcut heine marka şarj aletine tam uyumlu olacaktır.
2. Batarya gerilimi 3,5 volt olmalıdır.
3. Batarya X-02.99.382 tip olmalıdır.
4. CE belgesi olmalıdır.
5. Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
6. Talep edilen batarya kendi ambalajında ve hiç kullanılmamış olmalıdır.

Emin TIRYAKI
KILIS DEVLET HASTANESİ
Biyomedikal Mühendisi

Adem SARISUDAY
(Hemşire)

Songül ÇEKİC
KILIS DEVLET HASTANESİ
Yoğun Bakım Sorumlusu Hemşiresi
Sg. No: 657093

26.01.2018

df