

T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - KİLİS İL SAĞLIK
MÜDÜRLÜĞÜ
13/02/2018 14:38 - 35277066 - 949 - E.702



Sayı : 52446582/949
Konu : 2 Kalem Biyomedikal Malzemesi Alımı İşi

Müdürlüğümüze bağlı **Kilis Devlet Hastanesi**'nin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı Kamu İhaleleri Kanunu'nun 22. maddesinin (d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç **16 / 02 / 2018 günü saat 14 :00** 'e kadar Kilis Devlet Hastanesi gönderilmesini rica ederim.

İdari Şartlar;

1. Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
2. Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
3. Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2018 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç 120 (yüz yirmi) gün içerisinde ödenecektir.
4. Teklifler **genel yekün/kısmi teklif üzerinden** değerlendirilecektir.
5. Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde **0 348 814 55 31** no lu telefona faks edilmesi ve daha sonra teklif mektubunun aslıının gönderilmesini rica ederim.
6. Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
7. Söz konusu alımla ilgili sözleşme imzalanacaktır.
8. Teknik şartname ektedir.

Mehmet TATLICI
Hastane İdari Mali İşl. Müd.

S. NO	Cinsi	Miktarı	Birim	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	ANALOG MULTİMETRE	1	ADET		
2	ELEKTRONİK PENS ÖLÇÜ ALETİ (Pensampermetre)	1	ADET		
Toplam (KDV Hariçtir)					

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Kilis Devlet Hastanesi

ANALOG MULTİMETRE TEKNİK ŞARTNAMESİ

- DC mA: 0.5/50/5000mA ölçüm aralığı olmalıdır.
- Voltaj AC: 10/50/250/1000V ölçüm aralığı olmalıdır.
- Voltaj DC: 0,5/50/250/1000V ölçüm aralığı olmalıdır.
- X1-X10-X100-X1K-X10K direnç ölçümü olmalıdır.
- Aynalı skala, Sesli süreklilik testi olmalıdır
- Darbelere karşı dayanıklı kasası olmalıdır
- Güç: 2x1.5V pil ile çalışmalıdır
- TSE ve CE belgeleri olmalıdır.
- Ürün 2 yıl garantili olmalıdır.
- Direnç, akım, gerilim ölçümleri yapabilmelidir.

YUSUF AKOÇ
Kilis Devlet Hastanesi
Teknik Hizmetler Sorumlusu
Elektrik Teknikeri

Ökan BAYKAN
Makine Teknikeri
Kilis Devlet Hastanesi

ELEKTRONİK PENS ÖLÇÜ ALETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. True RMS özelliği olması.
2. 0,1-100A AC/DC ölçebilme özelliği olması.
3. 0,1-600V AC/DC ölçebilme özelliği olması
4. IEC61010-1 CAT. IV 600V uluslar arası güvenlik standartlarına göre dizayn edilmiş olmalıdır.
5. CAT. IV Clamp Meters hem çok düşük hem de çok yüksek güç devrelerinin Voltaj ve Akımını ölçebilme özelliği olmalıdır.
6. Kırmızı LED, "Non Contact Voltage" fonksiyonu görerek kullanıcıyı AC voltaj olduğuna dair ön uyarı sisteminin olması.
7. MIN/MAX fonksiyonu ölçüm süresince minimum ve maksimum değerlerinin rahatça tutulmasını sağlama özelliği olması.

Yusuf KOYUNCUOĞLU
Kilis Devlet Hastanesi
Teknik Hizmetler Sorumlusu
Elektrik Teknikeri

Okan BAYKAN
Makine Teknikeri
Kilis Devlet Hastanesi