

T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - KİLİS SATIN ALMA
BİRİMİ

13/02/2018 14:35 - 35277066 - 949 - E.19



00062738705

Sayı : 52446582/949

Konu :2 Kalem Kan Ve İlaç Taşıma Çantası Alımı İşi

Müdürlüğümüze bağlı **Kilis Devlet Hastanesi**'nin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı Kamu İhaleleri Kanunu'nun 22. maddesinin (d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç 16 / 02 / 2018 **günü saat 14 :00** 'e kadar Kilis Devlet Hastanesine gönderilmesini rica ederim.

İdari Şartlar;


1. Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
2. Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
3. Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2018 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç 120 (yüz yirmi) gün içerisinde ödenecektir.
4. Teklifler **genel yekün/kısmi teklif üzerinden** değerlendirilecektir.
5. Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde **0 348 814 55 31** no lu telefona faks edilmesi ve daha sonra teklif mektubunun aslının gönderilmesini rica ederim.
6. Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
7. Teknik şartname ektedir.

Mehmet TATLICI
Hastane İdari Mali İşl. Müd.

| S. NO | Cinsi | Miktarı | Birim | Birim Fiyatı | Toplam Tutarı |
|------------------------------|--------------------------|---------|-------|--------------|---------------|
| 1 | Kan Taşıma Çantası | 4 | ADET | | |
| 2 | Acil İlaç Taşıma Çantası | 4 | ADET | | |
| Toplam (KDV Hariçtir) | | | | | |

6 LT DIGITAL TERMOMETRELİ KAN TAŞIMA ÇANTASI ŞARTNAMESİ

1. Rahat taşıma yapılabilmesi için çanta şeklinde olmalıdır.
2. Kapak kilitli olmalı, üzerindeki düğmeye basılmadan açılmamalı, Kapak hem sağa hem sola doğru açılabilir.
3. **Kapak üzerine monte edilmiş ve probu kap içine uzayan digital derecesi olmalıdır. Dijital termometre sayesinde KAN taşıma çantası iç sıcaklığı izlenebilir. Her bir derecenin Türk Akreditasyon kurumu tarafından Akredite edilmiş kalibrasyon laboratuvarında kalibre edilmiş olması gerekmektedir. İzlenebilirlik kalibrasyonları değerlendirme dışı olacaktır. Her bir kalibrasyon sertifikası Türkak onaylı Antetli kağıda basılacaktır.**
4. **Çanta içinde kan ürünleri ve buz akülerinin temasını önleyecek karşılıklı 2 ayrı seperatör sistemi olmalıdır. Seperatörler hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde delikli olmalıdır. Her seperatörlü bölme 2 adet buz aküsü yerleştirilebilir.**
5. Ürün hem elde hem omuzda taşınabilmelidir.
6. Çantanın yan taraflarında '**Kan Taşıma Çantası**' ibaresi yer alan kırmızı renk zemine beyaz karakterle yazılmış etiket olmalıdır. Etiket suya dayanıklı sefona ile kaplı olmalıdır. Bu sayede etiket yazıları silinmemelidir.
7. Etiket üzerinde güvenlik uyarı yazıları olmalıdır.
8. Kan taşıma çantasının içi-dışı sert plastikten dayanıklı olmalıdır
9. Kan taşıma çantasının iç yüzeyi pürüzsüz ve dezenfektanlarla temizliği kolay olmalıdır.
10. Hacmi **en az 6 litre** olmalıdır.
11. Ürün hem elde hem omuzda taşınabilmelidir. Omuz kemeri ayarlanabilir olmalıdır.
12. Kan torbası ve kan ürünleri taşınmasına uygun olmalıdır.
13. Buz aküleriyle birlikte kullanmaya uygun olmalıdır.
14. Ürün orijinal kolisinde olmalıdır.
15. Her çanta ile beraber **ücretsiz 4 adet buz aküsü** verilmelidir. Her buz aküsü üzerinde -2,+12 derece **sıcaklığı gösteren etiketler** olmalıdır. Bu sayede buz akülerinin sıcaklığı anlık takip edilebilir. Sıcaklık takip etiketleri **uzun ömürlü** olmalıdır.
16. Teklif veren firmalar yetkili bayi olduklarını belgelemelidirler.

26.01.2018
Selma TEMÜROĞAN


İLAC TAŞIMA ÇANTASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Ürün taşıma kapasitesi en az 24 lt olmalıdır.
- Gövde kısmı kırmızı veya mavi renk, kapak kısmı beyaz olmalıdır.
- Rahat taşıma yapılabilmesi için çanta şeklinde olmalıdır.
- Ürün 12 saat soğuk tutabilme özelliği olmalıdır.
- Ürün dijital derece göstergeli olmalıdır.
- Dayanıklı kilit mekanizması olmalıdır.
- Taşıma çantasının rengi mavi, kırmızı veya turuncu olmalıdır.
- İlaç taşıma çantasının içi-dışı sert plastikten dayanıklı olmalıdır.
- Taşıma çantasının iç yüzeyi pürüzsüz ve dezenfekteye uygun olmalıdır.
- Ürün buz aküleri ile desteklenecek şekilde olmalıdır.
- Kanserojen içermeyen maddeden imal edilmiş olmalıdır.

Selma Temüroğlu
