

T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi



Sayı : 52446582/949
Konu : 2 Kalem Ağırlık Uzunluk Ölçüm Cihazı Alımı İşi

Müdürlüğümüze bağlı **Kilis Devlet Hastanesi**'nin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı Kamu İhaleleri Kanunu'nun 22. maddesinin (d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç **16 / 02 / 2018 günü saat 14 :00** 'e kadar Kilis Devlet Hastanesi gönderilmesini rica ederim.

İdari Şartlar;

1. Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
2. Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
3. Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2018 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç 120 (yüz yirmi) gün içerisinde ödenecektir.
4. Teklifler **genel yekün/kısmi teklif üzerinden** değerlendirilecektir.
5. Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde **0 348 814 55 31** no lu telefona faks edilmesi ve daha sonra teklif mektubunun aslının gönderilmesini rica ederim.
6. Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
7. Söz konusu alımla ilgili sözleşme imzalanacaktır.
8. Teknik şartname ektedir.

Mehmet TATLICI
Hastane İdari Mali İşl. Müd.

S. NO	Cinsi	Miktarı	Birim	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	BOY VE KILO ÖLÇER	1	ADET		
2	LAZER METRE	1	ADET		
Toplam (KDV Hariçtir)					

BOYÖLÇERLİ BASKÜL TEKNİK ŞARTNAME:

1. Maksimum 300 kg. Tartım kapasiteli olmalıdır.
2. Boy kitle endeksi (BMI) hesaplatabilmelidir.
3. Ölçülen kütle değeriyle birlikte boy ölçümü de girildiğinde; zayıf, normal, ağır, obez olduğunu belirleyebilmelidir.
4. Teleskopik boy ölçüm çubuğu olmalıdır. Ölçüm çubuğu gövdeye 2 noktadan sabitlenebilmelidir.
5. Çocuk, kadın, erkek seçilebilmelidir.
6. 3 e bölünmüş ekranı olmalıdır.
7. Akü doluluk oranını göstermelidir.
8. Tartım tablasının ön kısmında 2 adet tekerlek ile kolay taşınabilmeli veya yeri değiştirilebilmelidir
9. Minimum 50 gr. Hassasiyetinde olmalıdır.
10. Dahili akü ile uzun süre kullanılabilir.
11. İstenildiğinde şarj edilebili
12. 2 yıl garantili olmalıdır.
13. Cihazlarda sorun çıktığında aynı gün içinde tedarikçi firma müdahale edebilmelidir.

Zekeriya AVCI
Sağlık Kurulu Şefi
Sicil No : MM79020

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Kilis Devlet Hastanesi Başhekimliği

Lazer Metre Teknik Şartnamesi

Lazer diyonu	635 nm,
Ölçme alanı	0,05 - 50 m
Lazer sınıfı	2
Ölçme hassaslığı, tip.	+/- 1,5 mm
Ölçüm aralığı, eğim ölçümü	0-360° (4 x 90°)
Ölçme hassasiyeti (tipik)	+/- 0,2°
Ölçme süresi maks.	4 sn
Akım beslemesi	2 x 1,5 V LR03 (AAA)
Akım kesme otomatığı	5 dak.
Ağırlığı, yak.	0.1 kg
Uzunluk	106 mm
Genişlik	45 mm
Yükseklik	24 mm
Ölçüm birimleri	m/cm; fit/inç
Hafıza değerlerinin sayısı	30
Akü kullanım ömrü, tekli ölçümler, yaklaşık olarak	10.000
Akü kullanım ömrü, çalışma süresi, yaklaşık olarak	2.5 h
Toza ve püskürtme suyuna karşı koruma	IP 54
Statif dış	1/4"
Çarpma emniyeti	1 m"ye kadar
Veri aktarımı	Bluetooth 2.1 sonrası Bluetooth cihazlar Bluetooth® Smart teknolojisine sahip iOS cihazlar

Yusu KOYUNCUOĞLU
Kilis Devlet Hastanesi
Teknik Hizmetler Sorumlusu
Elektrik Teknikeri

Okan BAYKIN
Makine Teknikeri
Kilis Devlet Hastanesi