

T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - KİLİS DH 22 D
SATINALMA BİRİMİ
20/02/2018 11:56 - 52446582 - 949 - E.14



Sayı : 52446582/949
Konu : 2 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı İşi

Müdürlüğümüze bağlı **Kilis Devlet Hastanesi**'nin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı Kamu İhaleleri Kanunu'nun 22. maddesinin (d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç **23 / 02 / 2018 günü saat 14 :00** 'e kadar Kilis Devlet Hastanesine gönderilmesini rica ederim.

İdari Şartlar;

1. Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
2. Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
3. Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2018 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç 120 (yüz yirmi) gün içerisinde ödenecektir.
4. Teklifler **genel yekün/kısmi teklif üzerinden** değerlendirilecektir.
5. Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde **0 348 814 55 31** no lu telefona faks edilmesi ve daha sonra teklif mektubunun aslının gönderilmesini rica ederim.
6. Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
7. Teknik şartname ektedir.

Mehmet TATLICI
Hastane İdari Mali İşl. Müd.

S. NO	Cinsi	Miktarı	Birim	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	Double J Kateter 3 Fr	20	ADET		
2	Perkütan Nefrostomi Drenaj Seti	30	ADET		
Toplam (KDV Hariçtir)					

PERKÜTAN NEFROSTOMİ DRENAJ SETİ (30)

1. Nefrostomiseti perkütan olarak Seldinger tekniği ile takılabilecek şekilde olmalıdır.
2. Set, birer adet nefrostomi kateteri, ultrasonik giriş iğnesi, J uçlu guide, universal adaptör ve üç adet değişik kalınlıkta radyopak dilatörden oluşmalıdır.
3. Yerleştirme kolaylığı için kateterin uç kısmı uca doğru incelen (Taper tip) yapıda olmalıdır.
4. Kateter uzunluğu 24- 34 cm olarak seçilebilmelidir.
5. Kateterin proksimal ucunda, kitlemeli bağlantılı olmalıdır.
6. 8,10,12 F ebatlarında olmalıdır.
7. İmalat ve son kullanma tarihi paket üzerinde olmalıdır.
8. Miyadı teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.
9. Paket üzerinde sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihi yazılmalıdır.
10. Firma kliniklerin istediği size kateteri vermek zorundadır.

A. EYİP KOLU
On Dış Hastane Hastanesi
Etiler, Beşiktaş, İstanbul

DOUBLE J KATATER 3 F (20)

1. Vücut içerisinde en az 6 ay kalacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
2. Bir ucu açık ,diğer ucu kapalı olmalıdır.
3. Üzerinde cm çizgileri ve her 5 cm'de bir marker çizgileri olmalıdır.
4. Ebatları 3F 10-12cm ve 3F 15 cm olmalıdır.
5. Şeffaf kılıf içinde dış yüzeyi PTFE kaplı kılavuz tel olmalıdır.
6. Kılavuz telin (Guidewire) bir ucu sert,bir ucu yumuşak ve en az 90 cm uzunluğunda olmalıdır.
7. Beraberinde stent itici olmalı ve stent itici en az 70 cm olmalıdır.
8. Radyoopak olmalıdır.
9. Her set bir adet DJ stent, stent itici, kılavuz tel ve iki adet klips içermelidir. Klips yok ise kilitli-düğmeli sistem iticisi (connectable pusher) olmalıdır.
10. Setin tüm parçaları ayrı paketlenmiş ve hepsi steril olarak tek pakette birleştirilmiş olmalıdır.
11. İmalat tarihi paketin üzerinde yazmalıdır.
12. Miyadı teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.
13. Paket üzerinde sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihi yazılmalıdır.
14. Double J üreterkateteri üretere zarar vermemeli ve alerjik olmamalıdır.
15. Double J üreterkateteri hastanelerde kullanılan üreterorenoskopi ile uyumlu olmalıdır.
16. Firma kliniklerin istediği size kateteri vermek zorundadır.

Op. Dr. Hüseyin KOLUŞ
KILIS DEĞİRMENLİ HASTANESİ
Diyarbakır 23359