

T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi



Sayı : 52446582/949

Konu : 7 Kalem Hemodiyaliz Kartuş Filtreleri Alımı İşi

Müdürlüğümüze bağlı **Kilis Devlet Hastanesi**'nin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı Kamu İhaleleri Kanunu'nun 22. maddesinin (d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç **06 / 03 / 2018 günü saat 14 :00** 'e kadar Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığına gönderilmesini rica ederim.

İdari Şartlar;

1. Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
2. Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
3. Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2018 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç 120 (yüz yirmi) gün içerisinde ödenecektir.
4. Teklifler **genel yekün/kısmi teklif üzerinden** değerlendirilecektir.
5. Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde **0 348 814 55 31** no lu telefona faks edilmesi ve daha sonra teklif mektubunun aslının gönderilmesini rica ederim.
6. Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
7. Söz konusu alımla ilgili sözleşme imzalanacaktır.
8. Teknik şartname ektedir.

Hatice ÖZKAPTAN
Hastane İdari Mali İşl. Müd. V.

S. N.	Cinsi	Miktarı	Birim	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	HEMODİYALİZ KARTUŞ FİLTRE 222 O-RİNGLİ İPLİK SARMA GEÇİRGENLİK 1 MİKRON BOYU 20 İNÇ	30	ADET		
2	HEMODİYALİZ KARTUŞ FİLTRE 222 O-RİNGLİ İPLİK SARMA GEÇİRGENLİK 5 MİKRON BOYU 20 İNÇ	30	ADET		
3	HEMODİYALİZ KARTUŞ FİLTRE 222 O-RİNGLİ İPLİK SARMA GEÇİRGENLİK 25 MİKRON BOYU 20 İNÇ	30	ADET		
4	HEMODİYALİZ KARTUŞ FİLTRE 222 O-RİNGLİ İPLİK SARMA GEÇİRGENLİK 1 MİKRON BOYU 10 İNÇ	30	ADET		
5	HEMODİYALİZ KARTUŞ FİLTRE 222 O-RİNGLİ İPLİK SARMA GEÇİRGENLİK 5 MİKRON BOYU 10 İNÇ	30	ADET		
6	HEMODİYALİZ KARTUŞ FİLTRE 222 O-RİNGLİ İPLİK SARMA GEÇİRGENLİK 10 MİKRON BOYU 10 İNÇ	30	ADET		
7	HEMODİYALİZ KARTUŞ FİLTRE 222 O-RİNGLİ İPLİK SARMA GEÇİRGENLİK 25 MİKRON BOYU 10 İNÇ	30	ADET		
Toplam (KDV Hariçtir)					

Ro Arıtım Sistemi Ön Arıtım Kartuş Filtreleri (Oringli) Teknik Özellikleri

1. Filtreler 25-10 -5 ve 1 mikronluk gözenek çaplarında ve 20-10 inçlik boylarda ve oringü tip olacaktır. Miktarlar aşağıdaki tabloda verilmiştir.
2. Filtreler polyester, Polyproylenden veya iplikten yapılmış ve tek parçalı bir iç plastik kafes kalıba sahip olacaktır.
3. +4/+50 C de 7 barlık basınçta, kum, kil, çamur, petrol atığını çok iyi biçimde temizleyecek yapıda olmalıdır.
4. Ayrışıp suya karışabilecek hiçbir aprenlenmiş madde, ıslatma maddesi yüzey aktif maddesi, kimyasal bağ ya da diğer materyallerini içermemelidir.
5. Paket üzerinde ürün teknik özellikleri boyu , por çapı, markası, üretim tarihi ve numarası, kalite sembolleri vb. bilgiler olmalıdır.

SIRA	BOY	GÖZENEK ÇAPI	ADET
1	20 inç (oringli)	1 mikron	30
2	20 inç (oringli)	5 mikron	30
3	20 inç (oringli)	25 mikron	30
4	10 inç (oringli)	1 mikron	30
5	10 inç (oringli)	5 mikron	30
6	10 inç (oringli)	10 mikron	30
7	10 inç (oringli)	25 mikron	30
Genel Toplam			210


Abdurrahman OKUNAROL
Kilis Devlet Hastanesi
Hemodiyaliz Teknisyeni
Sağlık Memuru


Dr. İ. Hakkı GÜRBÜZ
Kilis Devlet Hastanesi
Hemodiyaliz Merkezi Sorumlu Hekimi
Dip. No. 1581 - D. No. 69085
Sertifika No. 1384