

T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA
BİRİMİ

01/03/2018 09:51 - 52446582 - 949 - E 54



00063913282

Sayı : 52446582/949

Konu : 1 Kalem Elektro Terapi Probu Alım İşi

Müdürlüğümüze bağlı **Kilis Devlet Hastanesi**'nin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı Kamu İhaleleri Kanunu'nun 22. maddesinin (d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç **06 / 03 / 2018 günü saat 14 :00** 'e kadar Kilis Devlet Hastanesi' ne gönderilmesini rica ederim.

İdari Şartlar;

1. Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
2. Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
3. Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2018 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç 120 (yüz yirmi) gün içerisinde ödenecektir.
4. Teklifler **genel yekûn/kısmi teklif üzerinden** değerlendirilecektir.
5. Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde **0 348 814 55 31** no lu telefona faks edilmesi ve daha sonra teklif mektubunun aslının gönderilmesini rica ederim.
6. Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
7. Söz konusu alımla ilgili sözleşme imzalanacaktır.
8. Teknik şartname ektedir.

Hatice ÖZKAPTAN
Hastane İdari Mali İşl. Müd.V.

S. NO	Cinsi	Miktarı	Birim	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	1008628891 KÜNYE NUMARALI ULTRASON CİHAZINDA KULLANILACAK OLAN ELEKTRO TERAPİ PROBU 3.3 MHZ	1	ADET		
Toplam (KDV Hariçtir)					

ELEKTRO TERAPİ PROBU 3.3 MHZ
TEKNİK ŞARTNAMESİ

A) KONU: Kilis Devlet Hastanesi Fizik Tedavi Bölümünde kullanılan CHATTANOOGA marka 1008628891 künye numaralı FTR ultrason cihazı için satın alınacak olan bir adet Prob teknik şartnamesidir.

B) TEKNİK ÖZELLİKLER:

1. Prob CHATTANOOGA marka cihaza tam uyumlu olmalıdır.
2. Prob frekansı 1-3.3 Mhz olmalıdır.
3. **Size:** 5cm2, **Era:**4cm2, **Type:**Collimating olmalıdır.
4. Prob sistemle tam bir uyum içerisinde çalışmalıdır.
5. Teklif edilecek prob daha önce hiç kullanılmamış olup, orjinal kapalı ambalajında teslim edilecektir.
6. Probun UBB kaydı olacaktır.
7. Teklif edilen prob en az 1 (bir) yıl garantili olacaktır.

Fzt. Emrah BALSEVER


Fzt. Abdülbaki Demir


Fzt. Yusuf Sırmaz
