

T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA
BİRİMİ

22/03/2018 10:44 - 52446582 - 949 - E.115



00065386752

Sayı : 35277066-869

Konu : 1 Kalem Kavrama Forsepsi Dışli Alım İşi

Müdürlüğümüze bağlı **Kilis Devlet Hastanesi**'nin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı Kamu İhaleleri Kanunu'nun 22. maddesinin (d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç **26 / 03 / 2018 günü saat 14: 00** 'e kadar Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığına gönderilmesini rica ederim.

İdari Şartlar;

1. Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
2. Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
3. Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2018 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç 120 (yüz yirmi) gün içerisinde ödenecektir.
4. Teklifler **genel yekün/kısmi teklif üzerinden** değerlendirilecektir.
5. Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde **0 348 814 10 15** no lu telefona faks edilmesi veya kilisdevlethastanesi@gmail.com adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif mektubunun aslının gönderilmesini rica ederim.
6. Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
7. Teknik şartname ektedir.

Mehmet TATLICI
Hastane İdari Mali İşl. Müd.

S. N	Cinsi	Miktarı	Birim	UBB	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	Kavrama Forsepsi Dışli	2	ADET			
Toplam (KDV Hariçtir)						

KAVRAMA FORCEPSİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

(2 adet)

Genel Hüküm: Kliniğimizde kullanılan Minyatür Nefroskoplara uyumlu çalışabilmelidir.

1 Adet Kavrama Forcepsi

- Büyük taşların ve taş parçalarının çıkartılmasında kullanılabilir.
 - Tırtıklı üçlü tripod çeneye sahip olmalıdır
 - U şeklinde yaylı elçeğe sahip olmalıdır.
 - En fazla 5 fr. olmalıdır
 - Uzunluğu en az 36 cm olmalıdır.
 - Kliniğimizde daha önce kullanılıyor olmalı veya numune getirilmelidir
- * 2 yıl garantili olmalıdır.

Op. Dr. Ferit KOLUŞ
KULUŞ ÜST HASTANESİ
KULUŞ ÜST HASTANESİ
KULUŞ ÜST HASTANESİ
KULUŞ ÜST HASTANESİ