

T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA
BİRİMİ

22/03/2018 10:44 - 52446582 - 949 - E.114



00065385745

Sayı : 35277066-869
Konu : 1 Kalem Portatif Tens Cihazları Alım İşi

Müdürlüğümüze bağlı **Kilis Devlet Hastanesi'** nin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı Kamu İhaleleri Kanunu'nun 22. maddesinin (d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç **26 / 03 / 2018 günü saat 14: 00** 'e kadar Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığına gönderilmesini rica ederim.

İdari Şartlar;

1. Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
2. Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
3. Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2018 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç 120 (yüz yirmi) gün içerisinde ödenecektir.
4. Teklifler **genel yekün/kısmi teklif üzerinden** değerlendirilecektir.
5. Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde **0 348 814 10 15** no lu telefona faks edilmesi veya kilisdevlethastanesi@gmail.com adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif mektubunun aslının gönderilmesini rica ederim.
6. Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
7. Teknik şartname ektedir.

Mehmet TATLICI
Hastane İdari Mali İşl. Müd.

S. N	Cinsi	Miktarı	Birim	UBB	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	Portatif Tens Cihazları (Stimülatör, Stimülasyon Cihazı Sinir Transkutanöz Elektriksel Tens)	6	ADET			
Toplam (KDV Hariçtir)						

PORTATİF TENS CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Hazırlayan Birim: Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesi

Konu Kapsam : Fizik Ted. ve Reh. Ünitesinin Elektroterapi kısmında ve Rehabilitasyon Salonunda kullanılmak üzere portatif tens cihazı ihtiyacı söz konusudur.

Gerekçe : Fizik Ted. ve Reh. Ünitesinde elektroterapi kısmında Tens uygulamalarında portatif kullanıma uygun cihaza ihtiyacı vardır.

GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER

- 1) 9v standart alkali pille çalışmalıdır.
- 2) Cihaz iki kanallı olmalı ve her kanal için ayrı ayır akım şiddeti ayarlanma düğmeleri bulunmalıdır.
- 3) Cihazda Continuous , Burst ve Modulated olmak üzere 3 ayrı çıkış modu bulunmalıdır.
- 4) Akım şiddeti , 0-80 mA arasında ayarlanabilmelidir. Akım şiddetinin ayarlandığı yerdeki düğmelerin üzeri tedavi güvenliği için kapaklı olmalıdır.
- 5) Çıkış frekansı 0-150 Hz arasında ayarlanabilmelidir.
- 6) Pulse genişliği 60-250 mikro saniye arasında ayarlanabilmelidir.
- 7) Cihazda timer bulunmalı ve tedavi süresi 30 dk. , 60 dk., veya sürekli olarak ayarlanabilmelidir.
- 8) Cihazla birlikte aşağıdaki aksesuarlar verilmelidir.
 - 2 Adet elektrot kablosu
 - 4 adet 5x5 cm ölçülerinde kendinden yapışkanlı tens elektrotu
 - 1 adet 9 v luk pil
 - 1 adet kullanma kılavuzu
 - 1 adet korumalı taşıma çantası
- 9) Üretim ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl garanti 10 yıl yedek parça garantisi olmalıdır.

F. Abdulbaki Demir

