

T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA
BİRİMİ

27/03/2018 08:24 - 52446582 - 949 - E.130



00065656567

Sayı : 52446582/949

Konu : Alkolmetre , Alkol Ölçüm Cihazı (Solunum Yolu Üzerinden) Alımı İşi

Müdürlüğümüze bağlı **Kilis Devlet Hastanesi**'nin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı Kamu İhaleleri Kanunu'nun 22. maddesinin (d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç **30/ 03 / 2018 günü saat 14 :00** 'e kadar Kilis Devlet Hastanesine gönderilmesini rica ederim.

İdari Şartlar;

1. Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
2. Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
3. Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2018 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç 120 (yüz yirmi) gün içerisinde ödenecektir.
4. Teklifler **genel yekün/kısmi teklif üzerinden** değerlendirilecektir.
5. Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde **0 348 814 10 15** no lu telefona faks edilmesi veya kilisdevlethastanesi@gmail.com mail adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif mektubunun aslının gönderilmesini rica ederim.
6. Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
7. Teknik şartname ektedir.

Mehmet TATLICI
Hastane İdari Mali İşl. Müd.

S. NO	Cinsi	Miktarı	Birim	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	Alkolmetre , Alkol Ölçüm Cihazı (Solunum Yolu Üzerinden)	1	ADET		
Toplam (KDV Hariçtir)					

ALKOL METRE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Alkol metre üfleminin hemen ardından kandaki alkol derişimini dijital ekranda otomatik olarak 30 saniye içerisinde göstermelidir.
2. Alkol metre KAD sonucunu promill(w/v) olarak göstermelidir.
3. Alkol metre KAD sonucu 0-4.00 promill deęerleri arasında ölçebilmelidir.
4. Alkol metre ölçüm hassasiyeti 1.00promill KAD için +-%10 daha iyi olmalıdır.
5. Alkol metre nefes örneğinin geçerli ya da geçersiz olduğunu yeşil renkli hazır ışığı bulunmalıdır.
6. Alkol metre üzerinde bulunan analiz ışığı yanarak örneğin geçersiz olup-olmadığı anlaşılmalıdır.
7. Alkol metre 0.80 promillik bir ölçmeden 60 saniye sonra 1.60 promillik bir ölçmeden 2 dakika sonra yeni bir ölçüme hazır olmalıdır.
8. Alkolmetre elektro kimyasal ölçme yöntemi fuel sensörlü olmalıdır.
9. Alkolmetre sadece alkole karşı hassas olup boya ve dięer saniyelerde kullanılan çeşitli kimyasal çözeltilerden etkilenmemelidir.
10. Kalibrasyon süresi 6 ay olmalıdır.
11. Alkolmetre de nefesteki alkol miktarından kandaki alkol miktarına geçişte kullanılırken dönüşüm oranı 1:2300 olmalıdır.(EMNİYETTE Alkolmetrelerinde uygulanan bir standarttır).
12. Alkolmetre şarjlı olmalıdır ayrıca alkolmetre ile yazıcı ve şarj adaptöründe verilmelidir.
13. Alkolmetre -5 ila 40 arasında kullanılabilirdir.
14. Hafızasında 5000 adet test sonucu muhafaza edebilmelidir.
15. Alkolmetre son testi alet kapansa dahi tekrar basabilmelidir.
16. Alkolmetre ile birlikte 100 adet ağızlık verilecektir.

Büşra KARABAŞ
Kilis Devlet Hastanesi
Acil Sorumlu Hemşire
Sicil No : H135158

Esra Nur ERTAŞ
ATT

Ali Can BEKİR MUSTAFAOĞLU
Paramedik