

T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA
BİRİMİ

28/03/2018 16:06 - 52446582 - 949 - E.141



00065666516

Sayı : 52446582/949
Konu : Rijit Sistoskopi 30° Teleskopu Alımı İşi

Müdürlüğümüze bağlı **Kilis Devlet Hastanesi**'nin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı Kamu İhaleleri Kanunu'nun 22. maddesinin (d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç **02/ 04 / 2018 günü saat 14 :00** 'e kadar Kilis Devlet Hastanesine gönderilmesini rica ederim.

İdari Şartlar;

1. Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
2. Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
3. Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2018 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç 120 (yüz yirmi) gün içerisinde ödenecektir.
4. Teklifler **genel yekün/kısmi teklif üzerinden** değerlendirilecektir.
5. Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde **0 348 814 10 15** no lu telefona faks edilmesi veya kilisdevlethastanesi@gmail.com mail adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif mektubunun aslının gönderilmesini rica ederim.
6. Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
7. Teknik şartname ektedir.

Mehmet TATLICI
Hastane İdari Mali İşl. Müd.

S. NO	Cinsi	Miktarı	Birim	UBB	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	Rijit Sistoskopi 30 Derece Teleskopu	1	ADET			
				Toplam (KDV Hariçtir)		

30° Sistoskopi Teleskobu Teknik Şartnamesi (1 adet)

1. 30°, İleri Oblik Görüşlü Ve Geniş Açılı Olmalıdır.
2. Çapı 4mm Olmalıdır.
3. Uzunluğu 302mm Olmalıdır.
4. Otoklavlanabilir Özellikte Olmalıdır.
5. Fiber Optik Işık Transmisyonu bulunmalıdır.
6. Teleskobun lens tüpü gövdeye lazer kaynaklı olmalıdır.
7. Vizör, gövdeye vidalı olmalıdır.
8. UBB ve SGK kaydı onaylı olmalıdır.
9. Bakım ve Onarımın 1 yıl yapılması

Dr. Evrim Kalyon

Op. Dr. Evrim KALYON
KLİS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
19.05.2023