

T.C.  
KİLİS VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA  
BİRİMİ

03/04/2018 10:14 - 52446582 - 949 - E.161



00066310524

Sayı : 52446582/949  
Konu : 1 Kalem EKG Cihazına Şarj Edilebilir Batarya Alımı İşİ

Müdürlüğümüze bağlı **Kilis Devlet Hastanesi**'nin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı Kamu İhaleleri Kanunu'nun 22. maddesinin (d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç **09 / 04 / 2018 günü saat 14 :00** 'e kadar Kilis Devlet Hastanesine gönderilmesini rica ederim.

**İdari Şartlar;**

1. Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
2. Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
3. Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2018 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç 120 (yüz yirmi) gün içerisinde ödenecektir.
4. Teklifler **genel yekün/kısmi teklif üzerinden** değerlendirilecektir.
5. Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde **0 348 814 10 15** no lu telefona faks edilmesi veya [kilisdevlethastanesi@gmail.com](mailto:kilisdevlethastanesi@gmail.com) mail adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif mektubunun aslının gönderilmesini rica ederim.
6. Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
7. Teknik şartname ektedir.

Mehmet TATLICI  
Hastane İdari Mali İşl. Müd.

S. NO	Cinsi	Miktarı	Birim	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	EKG (Elektro Kardiyograf) Cihazına Şarj Edilebilir Batarya (Nihon Kohden ECG-1150K Model)	1	ADET		
				<b>Toplam (KDV Hariçtir)</b>	

**EKG CİHAZI ŞARJ EDİLEBİLİR BATARYA  
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

**A)KONU:** Kilis Devlet Hastanesi Psikiyatri Servisinde kullanılan1008405728 künye numaralı Nihon Kohden marka ECG-1150K model EKGcihazı için alınacak olan şarj edilebilir batarya teknik şartnamesidir.

**B)TEKNİK ÖZELLİKLER:**

1. Talep edilen batarya cihaza tam uyumlu olacaktır.
2. Batarya gerilimi 12 volt, 1950 mAh olmalıdır.
3. Batarya SB-901D tip olmalıdır.
4. CE belgesi olmalıdır.
5. Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
6. Talep edilen batarya kendi ambalajında ve hiç kullanılmamış olmalıdır.

Serhat KÜNEFECİ  
Hemşire

Koray Kanan