

T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA
BİRİMİ

04/04/2018 10:40 - 52446582 - 949 - E.182



00066318083

Sayı : 35277066-949

Konu : 1 Kalem Omurga Travma Tahtası Tam Boy Pvc Yetişkin

Müdürlüğümüze bağlı **Kilis Devlet Hastanesi**'nin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı Kamu İhaleleri Kanunu'nun 22. maddesinin (d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç **09 / 04 / 2018 günü saat 14: 00** 'e kadar Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığına gönderilmesini rica ederim.

İdari Şartlar;

1. Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
2. Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
3. Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2018 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç 120 (yüz yirmi) gün içerisinde ödenecektir.
4. Teklifler **genel yekûn/kısmi teklif üzerinden** değerlendirilecektir.
5. Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde **0 348 814 10 15** no lu telefona faks edilmesi veya kilisdevlethastanesi@gmail.com adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif mektubunun aslının gönderilmesini rica ederim.
6. Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
7. Teknik şartname ektedir.

Mehmet TATLICI
Hastane İdari Mali İşl. Müd.

S. N	Cinsi	Miktarı	Birim	UBB	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	Plastik Omurga Travma Tahtası Tam Boy Pvc Yetişkin (Sırt Tahtası)	4	ADET			
Toplam (KDV Hariçtir)						

**PLASTİK OMURGA TAHTASI (SPINE BOARD)
TEKNİK ŞARTNAMESİDİR**

1-KONU: Sağlık Müdürlüğü, 112 İkyardım ve Acil Sağlık Hizmetleri ve Sağlık Ocaklarında bulunan Ambulanslarda kullanılacak olan Omurga tahtası(Spine board) teknik şartnamesidir.

2-İSTENİLEN TIBBİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER:

- 2.1. Omurgalarında zedelenme olan hastaların taşınmasında kullanılacak olan bu tahta, yüksek mukavementli yüksek dansiteli polietilen içerikli malzemeden imal edilmiş olacaktır.
- 2.2. Omurga tahtasının yüzeyi deterjanlarla ve dezenfektanlarla kolay temizlenir olmalı.
- 2.3. Omurga tahtası suya karşı dirençli olmalı.
- 2.4. Baş sabitleyicisiyle kullanıma uygun tasarımda olmalı.X ışınlarını geçirgen olmalı, X-ray, CT veya MRI'da alına görüntülerde artefakt oluşturmamalıdır.
- 2.5. Sirt tahtası kenarında taşımayı kolaylaştıracak 4 - 12 adet geniş el tutma boşluğu olmalı.
- 2.6. Bu boşlukların en az ikisine hasta sabitleme kemeri (bkz. aşağı) takılabilir olmalıdır.
- 2.7. Boyutlar;
- Uzunluk: Minimum 183, Maksimum 187 cm arasında olmalıdır
 - Genişlik: 40 - 45 cm olmalıdır
 - Kalınlık: 3 – 4.5 cm olmalıdır
 - Ağırlık: 3 – 9 kg olmalıdır
- 2.8.Taşıma kapasitesi: Minimum 150 kg ağırlık için uygun olmalıdır.
- 2.9.Tahtanın kenarları yuvarlatılmış olmalı, keskin köşe veya kenar içermemelidir.
- 2.10.Hastayı sabitlemek için en az 3(üç) adet emniyet kemeri olmalı.

3-GARANTİ:

3.1. Cihaz teslim tarihinden itibaren imalat ve montaj hatalarına karşı en az 2(iki) yıl garanti olacaktır. Bundan sonraki 10(on) yıl içinde ücret karşılığında yedek parça temin etmeyi firmalar taahhüt edeceklerdir. Bu durum hem satıcı hem de üretici veya ithalatçı firma tarafından teklifle beraber yazılı olarak verilecektir.

4-İSTENİLEN DÖKÜMANLAR:

- 4.1. Teklif edilen malzeme ISO 9001 standartlarında üretilmiş olmalı, CE belgesi ve TS EN 1865-1 belgesine sahip olmalı ve firma teklifinde bunu belgelemelidir.
- 4.2. Cihazın özelliklerini belirten orijinal katalogu da teklifle birlikte verilecektir.

5) VBB kaydı olmalıdır.


Esra Nur ERTAS
ATT


Büşra KARABAŞ
Kilis Devlet Hastanesi
Acil Sorumlu Hemşire
Sicil No : H135158