

T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA
BİRİMİ

04/04/2018 10:40 - 52446582 - 949 - E.181



00066318693

Sayı : 35277066-949

Konu : 1 Kalem Rigid Laringoskopi Teleskop (70 Derece) Alımı İşi

Müdürlüğümüze bağlı **Kilis Devlet Hastanesi**'nin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı Kamu İhaleleri Kanunu'nun 22. maddesinin (d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç **09 / 04 / 2018 günü saat 14: 00** 'e kadar Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığına gönderilmesini rica ederim.

İdari Şartlar;

1. Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
2. Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
3. Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2018 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç 120 (yüz yirmi) gün içerisinde ödenecektir.
4. Teklifler **genel yekün/kısmi teklif üzerinden** değerlendirilecektir.
5. Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde **0 348 814 10 15** no lu telefona faks edilmesi veya kilisdevlethastanesi@gmail.com adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif mektubunun aslının gönderilmesini rica ederim.
6. Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
7. Teknik şartname ektedir.

Mehmet TATLICI
Hastane İdari Mali İşl. Müd.

S. N	Cinsi	Miktarı	Birim	UBB	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	Rigid Laringoskopi Teleskop (70 Derece)	1	ADET			
Toplam (KDV Hariçtir)						

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
KİLİS DEVLET HASTANESİ
CİHAZ TEKNİK ŞARTNAME FORMU



REV. NO:

REV.TAR.:

Sayfa

FORM NO:

CİHAZ ADI

LARİNGOSKOP OPTİĞİ

KONU

Bu şartname Kilis Devlet Hastanesi KBB Polikliniği için alınacak olan **LARİNGOSKOP OPTİĞİ** teknik özellikleri, Ekipmanları kompozisyonu, montaj ve kullanım koşullarını kapsar.

TIBBİ ÖZELLİKLER

TEKNİK ÖZELLİKLER

LARİNGOSKOP OPTİĞİ ŞARTNAMESİ

1. ~~70~~ Derece olmalıdır.
2. Teleskoplar geniş açılı olmalıdır.
3. Teleskoplar rigid olmalıdır.
4. Camera head ile uyumlu olmalıdır.
5. Teleskopun uzunluğu 18 cm ve çapı 10mm olmalıdır.
6. Teleskoplar otoklav ile sterilize edilebilmelidir.
7. Klinikte bulunan Stroboskop cihazlarına da uygun olmalıdır.
8. Optik dahili ışık taşıyıcı fiber optik kablo sistemine sahip olmalıdır.

ZORUNLU ÖZELLİKLER

1. Cihaz Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır.
2. Yüklenici firma cihazla birlikte orijinal dilinde ve Türkçe olarak 2 adet kullanım kılavuzunu verecektir.
3. Teklif veren yüklenici firmalar şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap vereceklerdir.
4. Şartnameye uygunluk belgesi hazırlamayan ve şartnamede istenilen teknik özellikleri sağlamayan yüklenici firma teklifleri reddedilecektir.

GENEL HUSUSLAR

GARANTİ

Cihaz en az 2 yıl garantili olacak, bu garanti üretici ve Türkiye temsilcisi ve varsa yetki verilen yüklenici firma tarafından verilecektir. Garanti süresince bakım onarım ve yedek parçadan hiçbir ücret talep edilmeyecektir. Garanti bitiminden sonra en az 8 yıl süreyle ücreti karşılığında yedek parça sağlamayı üretici ve temsilci ve varsa yetki verilen satıcı firma taahhüt edecek ve hızlı devreden yedek parçaların ileriye dönük döviz bazında fiyatlı parça listeleri ve yıllık periyodik bakım bedeli taahhüdü verecektir.

BAKIM-ONARIM-SERVİS

Cihaz en az 2 yıl garantili olacak, bu garanti üretici ve Türkiye temsilcisi ve varsa yetki verilen yüklenici firma tarafından verilecektir. Garanti süresince bakım onarım ve yedek parçadan hiçbir ücret talep edilmeyecektir. Garanti bitiminden sonra en az 8 yıl süreyle ücreti karşılığında yedek parça sağlamayı üretici ve temsilci ve varsa yetki verilen satıcı firma taahhüt edecek ve hızlı devreden yedek parçaların ileriye dönük döviz bazında fiyatlı parça listeleri ve yıllık periyodik bakım bedeli taahhüdü verecektir.

MONTAJ

Yüklenici firma, malzemeleri ücretsiz olarak monte edecek ve tüm malzeme ve aksesuarları ile çalışır durumda teslim edilecektir. Montaj için gerekli tüm malzeme ve masraflar yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
KİLİS DEVLET HASTANESİ
CİHAZ TEKNİK ŞARTNAME FORMU



FORM NO:

REV. NO:

REV.TAR.:

Sayfa

KABUL ve MUAYENE

-Cihazın kabul ve muayeneleri idarece belirlenecek komisyon tarafından yapılacaktır. Kontrol ve muayenede, şartnamede istenilen ve teklifte belirtilen tüm özelliklerin uygunluğu kontrol edilecektir. Ayrıca yedek parça, aksesuar ve sarf malzemelerinin kontrol ve sayımı yapılacaktır.

2-Kabul ve muayene sırasında yüklenici firmalardan cihazın teknik özellikleri ve performansına ilişkin testlerin yapılması istenildiğinde gerekli personel ve düzeneği yüklenici firmalar ücretsiz olarak sağlayacaktır. Kabul ve muayenede oluşabilecek kaza ve hasarlardan yüklenici firma sorumludur.

3-Kabul ve muayene esnasında muayene heyetince tespit edilen hasarlı, arızalı kullanıma uygun olmayan malzemeler yüklenici firma tarafından bedelsiz olarak yenisi ile değiştirilecektir.

Garanti kapsamında; cihazın periyodik bakımı 1 YIL aralıklarla yüklenici firma tarafından yapılacaktır.

4.Garanti kapsamında; kalibrasyon yüklenici firma tarafından 1 YIL aralıklarla yapılacak ve kalibrasyon sertifikası belgesini verecektir.

HAZIRLAYAN SERVİS

K.B.B Bölümü

İŞİN UZMANLARI
(İmza-Kaşe)

T.C.
S.B.T.K.H.K.
Kilis Kamu Hastaneler Birliği
Kilis Devlet Hastanesi
Op.Dr. Ali Rıza YASAK
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
Uzm. Tes. No: 123897

Uzm. Dr. Özden ERASLAN
KİLİS DEVLET HASTANESİ
Kulak Burun Boğaz Uzm.
Dip. Tes. No : 140454

Uzm. Dr. Özden ERASLAN
KİLİS DEVLET HASTANESİ
Kulak Burun Boğaz Uzm.
Dip. Tes. No : 140454