

T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA
BİRİMİ

12/04/2018 16:29 - 52446582 - 949 - E.219



00067102197

Sayı : 35277066-949

Konu : 3 Kalem Kan Grubu Takımı (ANT-A,B,D) Alımı İşi

Müdürlüğümüze bağlı **Kilis Devlet Hastanesi**'nin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı Kamu İhaleleri Kanunu'nun 22. maddesinin (d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç **18 / 04 / 2018 günü saat 14: 00** 'e kadar Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığına gönderilmesini rica ederim.

İdari Şartlar;

1. Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
2. Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
3. Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2018 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç 120 (yüz yirmi) gün içerisinde ödenecektir.
4. Teklifler **genel yekün/kısmi teklif üzerinden** değerlendirilecektir.
5. Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde **0 348 814 10 15** no lu telefona faks edilmesi veya kilisdevlethastanesi@gmail.com adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif mektubunun aslının gönderilmesini rica ederim.
6. Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
7. Teknik şartname ektedir.

Mehmet TATLICI
Hastane İdari Mali İşl. Müd.

S. N	Cinsi	Miktarı	Birim	UBB	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	ANT A Kan Grubu Takımı	10 ml 50 ml	5'er Set			
2	ANT B Kan Grubu Takımı	10 ml 50 ml	5'er Set			
3	ANT D Kan Grubu Takımı	10 ml 50 ml	5'er Set			
Toplam (KDV Hariçtir)						

KAN GRUBU TAKIM (ANTİ-A ,B,D) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Kitler 10 ml'lik cam şişelerde olmalı.
- 2.Damlalık yöntemi ile çalışabilmeli.
- 3.En az 1 yıllık miada sahip olmalı.
- 4.Şişelerin üzerinde marka menşei ve son kullanma tarihi yazmalı.
- 5.Kit uluslararası standartlardan en az birine sahip olmalı ve firma bunu belgelendirmelidir.

Uzm. Dr. Mustafa KULU
KILIS DEVLET HASTANESİ
Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı
Dip. Tes. No : 127820

Uzm. Dr. Akın AKGÜL
KILIS DEVLET HASTANESİ
Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı
Dip. Tes. No : 157514

Uzm. Dr. Şahin ŞAHİN
KILIS DEVLET HASTANESİ
Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı
Dip. Tes. No : 15508