

T.C.  
KİLİS VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA  
BİRİMİ

25/04/2018 14:41 - 52446582 - 949 - E.243



Sayı : 35277066-949

Konu : 4 Kalem Hasta Maskesi ve Bilekliği Alımı İşi

Müdürlüğümüze bağlı **Kilis Devlet Hastanesi**'nin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı Kamu İhaleleri Kanunu'nun 22. maddesinin (d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç **02 / 05 / 2018 günü saat 14: 00** 'e kadar Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığına gönderilmesini rica ederim.

İdari Şartlar;

1. Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
2. Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
3. Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2018 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç 120 (yüz yirmi) gün içerisinde ödenecektir.
4. Teklifler **genel yekün/kısmi teklif üzerinden** değerlendirilecektir.
5. Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde **0 348 814 10 15** no lu telefona faks edilmesi veya [kilisdevlethastanesi@gmail.com](mailto:kilisdevlethastanesi@gmail.com) adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif mektubunun aslının gönderilmesini rica ederim.
6. Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
7. Teknik şartname ektedir.

Mehmet TATLICI  
Hastane İdari Mali İşl. Müd.

S. N	Cinsi	Miktarı	Birim	UBB	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	Maske 3 Katlı Bağcıklı	30.000	Adet			
2	Maske 3 Katlı Lastikli	10.000	Adet			
3	Beyaz Hasta Bilekliği (Yetişkin)	10.000	Adet			
4	Beyaz Hasta Bilekliği (Çocuk)	5.000	Adet			
<b>Toplam (KDV Hariçtir)</b>						

Kilis Devlet Hastanesi – Doğrudan Temin Birimi  
Tel: 0348 822 11 11 Dahili: 1872 Faks: 0348 814 10 15  
İrt: Mustafa TOPAL

Abdullah Gül Bulv.Çevre Yolu Üzeri, Merkez/Kilis  
e-posta : [kilisdevlethastanesi@gmail.com](mailto:kilisdevlethastanesi@gmail.com)


Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden 23d83494-1f17-4460-b90b-2105913b591b kodu ile erişebilirsiniz.  
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.


## 22. KALEM MASKE BAĞCIKLI 3 KATLI


- 1- Cerrahi klinik müdahalelerde bakteri engeli oluşturmalı, kullanana kan ve sıvı sıçramaları ile bulaşan enfeksiyondan korumalıdır.
- 2- Bağların Boyları rahat bağlamaya yetecek uzunlukta olmalı ve kopmamalıdır.
- 3- Filtre orta tabakada yer almalıdır. Bakterilerin büyük bölümü filtrelerin liflerinde tutulmalıdır.
- 4- Maske kanallarında boşluk olmamalıdır. Ağız ve burnu tümüyle kaplamalıdır.
- 5- Maske yüz kıvrımlarına uygun olmalıdır. Burun üzerinde ayarlanabilir ince tel olmalı, bu tel kafa hareketleri ile haznesinden çıkıp burnu kesmemelidir. Diğer bölümü çeneye kadar örtmelidir.
- 6- Rahat nefes alınabilmelidir. Böylelikle nemin tek noktada yoğunlaşmasına mani olacak yapıya sahip olmalıdır ve terletmemelidir.
- 7- Burun üstü teli izole edilmiş ve yumuşak olmalı,yüzde allerjik reaksiyon yapmamalı. maske kolayca yırtılmamalı ve tiftiklenmemelidir. Paketin içinde 100 Adet olmalıdır.
- 8- Kutunun üzerinde üretim tarihi bulunmalıdır.
- 9- Hatalı ürün olan kutuların tamamı değiştirilecektir.
- 10- Raf ömrü üretim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.
- 11- Maskenin bağcıkları ile olan birleşme yerleri ve bağcıklarında cildi tahriş edecek sert,kabarık yapılar bulunmamalıdır.
- 12- Nefes alıp vermeyi zorlaştırmayacak nitelikte olmalıdır.
- 13- Numune üzerinde değerlendirme yapılacaktır.
- 14- Ürünler Hastane ambarına raf teslimi olarak gönderilecektir

## 23. KALEM MASKE LASTİKLİ 3 KATLI

- 1- Cerrahi klinik müdahalelerde bakteri engeli oluşturmalı, kullanana kan ve sıvı sıçramaları ile bulaşan enfeksiyondan korumalıdır.
- 2- Kulağa geçen lastikleri olmalıdır ve kopmamalıdır.
- 3- Filtre orta tabakada yer almalıdır. Bakterilerin büyük bölümü filtrelerin liflerinde tutulmalıdır.
- 4- Maske kanallarında boşluk olmamalıdır. Ağız ve burnu tümüyle kaplamalıdır.
- 5- Maske yüz kıvrımlarına uygun olmalıdır. Burun üzerinde ayarlanabilir ince tel olmalı, bu tel kafa hareketleri ile haznesinden çıkıp burnu kesmemelidir. Diğer bölümü çeneye kadar örtmelidir.
- 6- Rahat nefes alınabilmelidir. Böylelikle nemin tek noktada yoğunlaşmasına mani olacak yapıya sahip olmalıdır ve terletmemelidir.
- 7- Burun üstü teli izole edilmiş ve yumuşak olmalı,yüzde allerjik reaksiyon yapmamalı. maske kolayca yırtılmamalı ve tiftiklenmemelidir. Paketin içinde 100 Adet olmalıdır.
- 8- Kutunun üzerinde üretim tarihi bulunmalıdır.
- 9- Hatalı ürün olan kutuların tamamı değiştirilecektir.
- 10- Raf ömrü üretim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.
- 11- Maskenin lastikleri ile olan birleşme yerleri ve lastiklerin cildi tahriş edecek sert,kabarık yapılar bulunmamalıdır.
- 12- Nefes alıp vermeyi zorlaştırmayacak nitelikte olmalıdır.
- 13- Numune üzerinde değerlendirme yapılacaktır.
- 14- Ürünler Hastane ambarına raf teslimi olarak gönderilecektir

  
İdari ve Kalite Kontrol

  
İdrar KÜÇÜKÇİNGLU 5  
KILISLIMANLI HASTANESİ  
İdari ve Kalite Kontrol

  
Fadime ÖZPİRAN  
Enfeksiyon Kontrol  
Hemşiresi

  
Ayşe CEKİC  
Enfeksiyon Kontrol  
Hemşiresi

## HASTA BİLEKLİKLERİ

- 1- Hasta kol bantı, solunum, göz, cilt gibi yan etkisi olmayan anti allerjik maddeden üretilmiş olmalıdır.
- 2- Kol bantı uzun süre kullanıldığında akut ve kronik herhangi bir yan etki yapmamalıdır.
- 3- Bileklik sürtünme ve aşınmaya karşı dayanıklı olmalı, su, vücut sıvısı, kan, amonyak, çamaşır suyu gibi malzemelerden etkilenmemelidir.
- 4- Kol bantı kokusuz, esnek ve suda erimeyen malzemeden olmalı.
- 5- Kol bantı, sıyrık, tahriş, kaşıntı yapmayan özellikte olmalı.
- 6- Kol bantının boyu yetişkin hastalar için 28cm(+/-2cm)olmalı
- 7- Kol bantının boyu pediatrik çocuk hastalar için 18cm(+/-2cm )olmalı
- 8- Kol bantı kilitlendikten sonra kesinlikle açılmamalı.
- 9- Kol bantının barkod yerleştirilecek bölümü yetişkin hastalar için 3 cm en, 8 cm (+/-1cm) olmalı boyunda olmalıdır ve barkod kağıdı sığabilmelidir. Barkod yapıştırılacak bölümün içinde, üzerine barkod yapıştırmak için kağıt yerleştirilmiş şekilde bulunmalıdır.
- 10- Kol bantının barkod yerleştirilecek bölümü pediatrik hastalar için 3 cm en, 8 cm (+/-1cm) boyunda olmalıdır ve barkod kağıdı sığabilmelidir. Barkod yapıştırılacak bölümün içinde, üzerine barkod yapıştırmak için kağıt yerleştirilmiş şekilde bulunmalıdır.
- 11- Kol bantı bilek genişliğine göre ayarlanabilir özellikte olmalıdır.
- 12- Barkod yerleştirilecek bölümün ön yüzü şeffaf kaplama olmalı ve hasta bilgileri görülebilmelidir.
- 13- Kol bandında barkod yerleştirilecek bölüm, hasta bilgilerinin, su ve vücut ısısından etkilenerek silinmeyeceği özellikte olmalıdır.
- 14- Anne bebek kol bantları aynı seri numaralı olmalı ve anne-bebek kol bantının içine de barkod kağıdı sığabilmeli. Barkod yapıştırılacak bölümün içinde, üzerine barkod yapıştırmak için kağıt yerleştirilmiş şekilde bulunmalıdır.
- 15- Bileklik kenarları hastanın koluna rahatsızlık vermeyecek şekilde olmalıdır.
- 16- Her bir bilekliğe barkod yerleştirilecek bölümde barkod kağıdının yapıştırılacağı 2.5x6 cm kağıt olmalı. Kağıt bilekliğın içinde yerleştirilmiş şekilde olmalı.
- 17- Teklif ile beraber her boydan en az 2 adet numune verilmelidir.
- 18- Numune üzerinden değerlendirilecektir.
- 19- Ürünler Hastane ambarına raf teslimi olarak gönderilecektir.



İnan KÜÇÜKOĞLU  
KILIS DEVLET HASTANESİ  
Yardımcısı

Fadime ÖZEL  
Enfeksiyon Kontrol  
Hemşiresi

Büşra EKİCİ  
Enfeksiyon Kontrol  
Hemşiresi