



Sayı : 52446582/949

Konu : 1 Kalem EKG Uç Kablosu Alımı İşi

## TEKLİF MEKTUBU

Müdürlüğümüze bağlı **Kilis Devlet Hastanesi**'nin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin işin alımı 4734 sayılı Kamu İhaleleri Kanunu'nun 22. maddesinin (d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.


Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç **15 / 05 / 2018 günü saat 14 :00** 'e kadar Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığına gönderilmesini rica ederim.

### İdari Şartlar:

1. Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
2. Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
3. Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2018 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç 120 (yüz yirmi) gün içerisinde ödenecektir.
4. Teklifler **genel yekûn/kısmi teklif üzerinden** değerlendirilecektir.
5. Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize **kapalı zarf içerisinde** teslim edilmesi, edilememesi halinde **0 348 814 10 15** nolu telefona faks edilmesi veya **kilisdevlethastanesi@gmail.com** adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif mektubunun **aslının** gönderilmesini rica ederim.
6. Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine **<http://kilisism.saglik.gov.tr>** web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
7. Söz konusu alımla ilgili sözleşme imzalanacaktır.
8. Teknik şartname ektedir.

Mehmet TATLICI  
Hastane İdari Mali İşl. Mtd.

S. NO	Cinsi	Miktarı	Birim	Not:	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	EKG Uç Kablosu(Çıçıt)- Snap Uçlu IEC Renk Kodlu	1	ADET	Ekg cihazlarında <b>BANANA</b> ucu <b>SNAP</b> uca çevirip kullanmak için gereklidir.		
<b>Toplam (KDV Hariçtir)</b>						

	<b>KİLİS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ</b> <b>KİLİS DEVLET HASTANESİ</b> <b>ARIZA-BAKIM ONARIM İSTEME FORMU</b>	
---	---	---

..... <b>KİLİS</b> ..... <b>HASTANE YÖNETİCİLİĞİ / BAŞHEKİMLİĞİ</b>	
---	--

Kod: M2	Yayın Tarihi: 01.04.2015	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:
---------	--------------------------	------------------	--------------

CIHAZIN ADI	DEFİBRİLATÖR		
MARKASI VE MODELİ	NİHON KOHDEN		TEC-5521K
HİZMETE GİRDİĞİ TARİH	2007		
KÜNYE NO	1008504166		
CIHAZ SERİ NO	81625		
CIHAZ ÜZERİNDEKİ AVADANLIKLAR:			
CIHAZIN ÇALIŞTIĞI BİRİM	B BLOK DAHİLİYE SERVİSİ		
İSTEK YAPAN BİRİM	B BLOK DAHİLİYE SERVİSİ	SERVİS SORUMLUSU	
		Zeynep TOPAL	

<b>YAPILACAK ARIZALAR</b>	
---------------------------	--

1	Cihaz Batarya hatası veriyor
2	Cihaz Parazitli Ölçüyor
3	Cihaz uçlarına mambu uç takılması
4	
5	

<b>BİYOMEDİKAL TEKNİK SERVİS</b> tarafından incelenmesi İdari ve Mali İşler Md./Md.Yrd. İrfan KÜÇÜKOĞLU İdari İşler Md.	<b>HASTANE BİYOMEDİKAL TEKNİKERİ/BAŞTEKNİSYENİ</b> 26.04.2018 Mustafa Latif YAZGAN Elektrik İşleri ve Biyomedikal Teknik Servis
--	---

<b>KULLANILAN MALZEMELER</b>			
S.NO	KOD	MALZEME ADI	KULLANILAN MİKTAR/ TEMİN EDİLECEK MİKTAR
1-	B50-1302-01-2	Mambu Ucu	12 ADET
2-			
3-			
4-			
5-			

<b>YAPILAN İŞLEMLER HAKKINDA RAPOR</b>	
--	--

Cihazda yapılan kontrollerde cihaza 1 adet batarya takıldı. Parazitli ölçümü ise uçlarına mambu takılması gerekmektedir.

<b>SONUÇ</b>		1052
--------------	--	------

<input type="checkbox"/>	Arıza Yapıldı	<b>İşi Yapan</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	MALZEME TALEBİ	<b>Müh./Baştek./Tek.</b>
<input type="checkbox"/>	Atölyede tamiri mümkün değil / YETKİLİ SERVİSTEN RAPOR İSTEMİ	<b>Hüseyin KALAY</b>
<input type="checkbox"/>	Garanti kapsamında olduğundan yetkili serv. yaptırılması	<b>Biyomedikal Tekniker</b>