

T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA
BİRİMİ

17/05/2018 14:19 - 52446582 - 949 - E.300



00069288191

Sayı : 52446582/949

Konu : Stimulasyon Cihazına Elektrot Kablosu Alımı İşi

Müdürlüğümüze bağlı **Kilis Devlet Hastanesi**'nin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı Kamu İhaleleri Kanunu'nun 22. maddesinin (d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç **23 / 05 / 2018 günü saat 14 :00** 'e kadar Kilis Devlet Hastanesine gönderilmesini rica ederim.

İdari Şartlar;

1. Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
2. Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
3. Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2018 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç 120 (yüz yirmi) gün içerisinde ödenecektir.
4. Teklifler **genel yekün/kısmi teklif üzerinden** değerlendirilecektir.
5. Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde **0 348 814 10 15** no lu telefona faks edilmesi veya kilisdevlethastanesi@gmail.com mail adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif mektubunun aslının gönderilmesini rica ederim.
6. Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
7. Teknik şartname ektedir.

Mehmet TATLICI
Hastane İdari Mali İşl. Müd.

S. NO	Cinsi	Miktarı	Birim	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	Stimulasyon Cihazına Elektrot Kablosu İkili Giriş (Chattanooga marka 2773MS model)	4	ADET		
				Toplam (KDV Hariçtir)	



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Kilis Sağlık Müdürlüğü
Kilis Devlet Hastanesi

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
KİLİS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
KİLİS DEVLET HASTANESİ



TC Sağlık Bakanlığı

KİLİS DEVLET HASTANESİ
STİMÜLASYON CİHAZI ELEKTROD KABLOSU
TEKNİK ŞARTNAMESİ
2018

A)KONU: Bu şartname Kilis Devlet Hastanesi Fizik Tedavi Biriminde kullanılan Chattanooga marka 2773MS model Tens/Stimülatör cihazı için alınacak olan elektrot kablosu teknik şartnamesidir.

B)TEKNİK HUSUSLAR:

1. Ara kablosu Chattanooga marka 2773MS model tens cihazına birebir uyumlu ve orijinal ambalajında olmalıdır.
2. Kablosunun, cihaza bağlantı bağlantı yeri 4 pin, elektrot bağlantı yerinde ise 2 çıkış olmalıdır.
3. Kablosunun CE belgesi olmalıdır.
4. Alınacak kablosu cihaz üzerinde denedikten sonra kabul edilecektir. Firmalardan teklif sırasında numune istenecektir.
5. Kablo; dezenfektan, alkol vs temizleyicilerle temizlenebilir ve yapıldığı malzeme bu temizlik ürünlerine karşı dayanıklı olmalıdır.
6. Teklif edilen kablosunun en az 1 (bir) yıl garantisi olmalıdır.

Emir TIRYAKI
KILIS DEVLET HASTANESİ
Biyomedik

Abdulbaki Demir



(11.05.2017)