

T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA
BİRİMİ

17/05/2018 14:19 - 52446582 - 949 - E.301



00069287161

Sayı : 52446582/949

Konu : 2 Kalem Pudralı Cerrahi Eldiven Alımı İşi

Müdürlüğümüze bağlı **Kilis Devlet Hastanesi**'nin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı Kamu İhaleleri Kanunu'nun 22. maddesinin (d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç **23 / 05 / 2018 günü saat 14 :00** 'e kadar Kilis Devlet Hastanesine gönderilmesini rica ederim.

İdari Şartlar;

1. Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
2. Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
3. Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2018 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç 120 (yüz yirmi) gün içerisinde ödenecektir.
4. Teklifler **genel yekün/kısmi teklif üzerinden** değerlendirilecektir.
5. Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize **kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15** no lu telefona faks edilmesi veya **kilisdevlethastanesi@gmail.com** mail adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif mektubunun **aslının** gönderilmesini rica ederim.
6. Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine **http://kilisism.saglik.gov.tr** web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
7. Teknik şartname ektedir.

Mehmet TATLICI
Hastane İdari Mali İşl. Müd.

S. NO	Cinsi	Miktarı	Birim	UBB Kodu (zorunludur)	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	Pudralı cerrahi eldiven dirsek dahil no: 7,5	200	ADET			
2	Pudralı cerrahi eldiven dirsek dahil no: : 8,0	200	ADET			
Toplam (KDV Hariçtir)						



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Kilis Sağlık Müdürlüğü
Kilis Devlet Hastanesi

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
KİLİS SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
KİLİS DEVLET HASTANESİ

STERİL CERRAHİ ELDİVEN DİRSEK DAHİL TEKNİK ŞARTNAMESİ

2018



T.C. Sağlık Bakanlığı

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Kilis Sağlık Müdürlüğü
Kilis Devlet Hastanesi

GEREKÇE RAPORU

Müdürlüğümüze bağlı sağlık tesislerinden Kilis Devlet Hastanesinin sağlık hizmetlerinin durdurulmaksızın ihtiyacı bulunan Doğum Salonu Biriminin talep etmiş olduğu aşağıda belirtilen gerekçeler doğrultusunda 2 kalem malzemenin alımına ihtiyaç duyulmaktadır.

Gerekçeler :

- 1) Uterinkavite kontrolü için pudralı cerrahi steril eldiven dirsek dahil NO:7,5 200 adet
NO: 8 200 adet alınması gerekmektedir

Fatma YAVUZCAN
Sağlık Müdürlüğü

Op. Dr. Arhan AKSOY
KILIS DEVLET HASTANESİ
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzm.
Dip. Tcs. No. 101922

Hatice YAVUZCAN
Ebe



Sağlık Bakanlığı

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
KİLİS SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
KİLİS DEVLET HASTANESİ

PUDRALI CERRAHİ STERİL ELDİVEN DİRSEK DAHİL OLACAK
BÜYÜKLÜKLÜKTE TEKNİK ŞARTNAMESİ

2018

A. KONU

Bu teknik şartname Kilis Devlet Hastanesi Doğum Salonu için pudralı cerrahi steril eldiven dirsek dahil olacak büyüklükte alım işini kapsar.

B. GEREKÇE

1. Uterin kavite kontrolü için pudralı cerrahi steril eldiven dirsek dahil NO:7,5 200 adet NO:8 200 adet alınması gerekmektedir

C. TEKNİK ÖZELLİKLER

- 1) Eldiven belirtilen ölçüde verilmeli.
- 2) Eldiven doğal kauçuktan imal edilmiş olmalı.
- 3) Gamma sterilizasyonlu olmalı ve ambalaj üzerinde gamma ile sterilizasyonun yapıldığı belirtilmeli
- 4) Kolayca görülüp açılabilen açılış yerine sahip ambalaja sahip olmalı.
- 5) Eldiven ambalajı yırtık ve delik olmamalıdır.
- 6) Eldiven giydirilirken kontaminasyonu önlemek için koncu kolay açılmalı, esneme özelliği olmalıdır.açarken yırtılmamalıdır.
- 7) Sıvılara geçirgen olmamalıdır.
- 8) Eldivenin iç yüzü pudralı olmalıdır.
- 9) İç yüzeydeki pudra miktarı eldiveni rahat giymeye yetecek kadar olmalıdır.pudra miktarı az yada çok olmamalıdır.
- 10) İç yüzeyde özellikle parmak uçlarında topaklanmış pudra yada kauçuk partikülleri bulunmamalıdır.
- 11) Eldiven giyilirken el rahat bir biçimde eldiven içinde kayabilmelidir. Takılma olmamalıdır.
- 12) Eldiven numarası ile uyumlu olmalıdır.
- 13) Eldiven giyildiğinde ele tam oturmalıdır.dirsekler dahil kol içine girmelidir.
- 14) Eldiven eller kısmen nemliyken bile rahat bir şekilde giyilebilmelidir.
- 15) Giyilirken eldiven yırtılmamalı veya delinmemeli.
- 16) Eldivenler giyildikten sonra parmak uçlarında ve elde dokunma hissini engellenmemelidir.
- 17) Hipoallerjik olmalı, elde kuruluğa neden olmamalıdır.
- 18) Eldivenler uzun konçlu dirsek dahil olmalıdır.
- 19) Paket içindeki eldivenler birbirinden farklı dokuda olmamalıdır. Eldiven dokusu ince-kalın dalgalı,pütürlü veya delik olmamalıdır.parmak uçlarında doku eldiven doku eldiven dokusundan daha kalın olmamalıdır.
- 20) Eldiven uzun süre kullanıldığında ve ıslandığında yapış, yapış olmamalıdır



Sağlık Bakanlığı

- 21) Paket üzerinde imalat ve son kullanma tarihi,sterilizasyon yöntemi ve tarihi, eldiven özelliğini numarasını ve özelliklerini belirten yazılar olmalıdır.paketin açılma yönünü gösteren işaretler olmalıdır.
- 22) İhale sonrası alımı yapılan eldivenlerde seri hata çıkması halinde ait olan numaranın tüm eldivenleri yeni ürünle değiştirilmelidir.
- 23) Üretici firma teklif edilen malzemeye yazılı olarak garanti vermelidir
- 24) Eldivenin kullanım süresi imal tarihinden itibaren en az 3 yıl olmalıdır
- 25) İlgili hekim tarafından malzeme ile ilgili herhangi bir sorum belitilmesi halinde ürün yenisi ile değiştirilmelidir.
- 26) Numuneler ihale aşamasında denenecektir.yeteri kadar numune bırakılmalıdır.
- 27) Ürünün ulusal bilgi bankası (UBB)kaydı olmalıdır.

11.05.2018

Fatih KÖRÜKÇÜ
Sorumlu

Opri. Dr. Ayhan AKSOY
KILIR ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzm
Dip. Tes. No. 101922

Hatice YAVUZCAN
Ebe