



Sayı : 52446582/949

Konu : 1 Kalem Nebülizatör Ultrasonik Vaporizasyon Kristali Alımı İşi

### TEKLİF MEKTUBU

Müdürlüğümüze bağlı **Kilis Devlet Hastanesi**'nin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı Kamu İhaleleri Kanunu'nun 22. maddesinin (d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç **20 / 06 / 2018 günü saat 14 :00** 'e kadar Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığına gönderilmesini rica ederim.

#### İdari Şartlar:

1. Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
2. Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
3. Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2018 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç 120 (yüz yirmi) gün içerisinde ödenecektir.
4. Teklifler **genel yekün/kısmi teklif üzerinden** değerlendirilecektir.
5. Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde **0 348 814 10 15** nolu telefona faks edilmesi veya [kilisdevlethastanesi@gmail.com](mailto:kilisdevlethastanesi@gmail.com) adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif mektubunun aslının gönderilmesini rica ederim.
6. Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
7. Söz konusu alımla ilgili sözleşme imzalanacaktır.
8. Teknik şartname ektedir.

Mehmet TATLICI  
Hastane İdari Mali İşl. Müd.

S. NO	Cinsi	Miktarı	Birim	UBB-SUT-MARKA	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	Nebülizatör Ultrasonik Vaporizasyon Kristali	10	ADET			
<b>Toplam (KDV Hariçtir)</b>						



T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
Kilis Sağlık Müdürlüğü  
Kilis Devlet Hastanesi


**A)KONU:** Bu şartname Kilis Devlet Hastanesi servis ve yoğun bakımlarda kullanılan Hikoneb marka 906s model ultrasonik nebulizatör cihazı için alınacak olan vaporeizasyon kristali teknik şartnamesidir.


**B)TEKNİK HUSUSLAR:**

1. Kristal 2.4 veya 1.7 Mhz olmalıdır.
2. Kristal, plastik sıvı koruma contasıyla teslim edilecektir.
3. Kristal Hikoneb 906s model cihaza birebir uyumlu olmalıdır.
4. Numune üzerinde deneme yapılacaktır.

**C) MUAYENE, KABUL VE GARANTİ ŞARTLARI:**

1. Alınacak olan kristaller en az 6 (altı) ay garantili olmalıdır ve yüklenici bunu yazılı olarak beyan edecektir.
2. Cihazın muayene işlemi, cihazın kullanıcıları tarafından gerekli kontrolleri ve çalışırlığı kontrol edildikten sonra yapılacaktır.

  
(28.05.2018)

MUSEVİN KALAY  
Kilis Devlet Hastanesi  
Biyomedikal  
  
(28.05.2018)