



Sayı : 35277066-949

Konu : 3 Kalem Otoskop Ucu, ACT Kartı ve Oksijenatör Alım İşi

TEKLİF MEKTUBU

Müdürlüğümüze bağlı **Kilis Devlet Hastanesi**'nin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı Kamu İhaleleri Kanunu'nun 22. maddesinin (d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç **10 / 07 / 2018 günü saat 14: 00** 'e kadar Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığına gönderilmesini rica ederim.

İdari Şartlar;

1. Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
2. Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
3. Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben **5 iş günü** içerisinde saat **08:30** ile **16:00** arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu Birimine teslim edecektir.
4. Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2018 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç 120 (yüz yirmi) gün içerisinde ödenecektir.
5. Teklifler **genel yekün/kısmi teklif üzerinden** değerlendirilecektir.
6. Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde **0 348 814 10 15** no lu telefona faks edilmesi veya kilisdevlethastanesi@gmail.com adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif mektubunun aslının gönderilmesini rica ederim.
7. Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
8. Teknik şartname ektedir.

Mehmet TATLICI
Hastane İdari Mali İşl. Mtd.

S. N	Cinsi	Miktarı	Birim	UBB/SUT/MARKA	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	OTOSKOP BAŞLIK UCU YETİŞKİN (KULAK SPEKÜLÜM)	500	ADET			
2	ACT KARTI	100	ADET			
3	OKSİJENATÖR – TÜP SET YETİŞKİN (ECMO)	5	ADET			
Toplam (KDV Hariçtir)						

T.C

SAĞLIK BAKANLIĞI

KİLİS DEVLET HASTANESİ

OTOSKOP BAŞLIK UCU (YETİŞKİN)

1. KONU:

Kilis Devlet Hastanesi acil serviste kullanılmak üzere otoskop ucu, yetişkin şartnamesidir.

2. Teknik Özellikler


2.1: Spekulum hastanemizde mevcut ViSIO marka 4000 – 3,5 V model otoskoplar ile uyumlu olmalıdır.

2.2: Spekulum 4 mm uç çapında olmalıdır.


2.3: Sürekli kullanıma uygun olmalıdır.

2.4: Herhangi antiseptik ile dezenfekte ve mak.134 C otoklov edilmelidir.

2.5 :Ürüne ait numune değerlendirilmek üzere temin edilmelidir.


Büşra KARABAŞ
Kilis Devlet Hastanesi
Acil Sorumlu Hemşire
Sicil No: 1135158


Esra Nur ERİTAŞ
ATT


Uzm.Dr. Eylem KANTARCI
KİLİS DEVLET HASTANESİ
Acil Tıp Uzmanı
Dip. Tes. No: 125821

ACT KART TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kart, hasta başında tek kullanımlık olarak, act (AKTİVE EDİLMİŞ KANAMA ZAMANI) değerlerini ölçmelidir
2. Kart üstünde, barkod olmalı kart bilgileri buradan okunabilmelidir
3. Kart, kan örneklemesini en fazla 35 mikrolitre (μ L) yapabilmelidir.
4. Kartlar test başlamadan önce, kalite kontrol tanımlamasını kendisi yapmalıdır.
5. Test kartları süper ince olmalı bu sayede pre-warm/ön ısıtma işlemi çok hızlı gerçekleşmelidir. Test en fazla 850 sn içinde sonuçlanıp ekranda görülmelidir.
6. Kartlar taze kan ile çalışmalıdır.
7. Kart miadı, test parametreleri, ve tanıtıcı barkod bilgileri, tek kullanımlık test poşeti üzerinde veya kart üzerinde olmalıdır .
8. Kartlar renk kodlu olmalıdır.
9. Kart a kan örneği verildikten sonra, test otomatik olarak başlamalıdır bu sayede ayrıca start/başla düğmesine basılmaya gerek duyulmamalıdır,
10. Kartın kullandığı cihaza ait, Koagülasyon (act celite, düşük seviye act ve Pt/INR, aPTT) kartları olmalıdır
11. Kart a entegre, analizörle elektrik teması sağlayan iletken pedler /kimyasal sensörler olmamalı kart güç tüketmemelidir.
12. Kart ile kullanılan cihaz kalibrasyon gerektirmemeli, 6 aylık yada 1 yıllık güncelleme/update gibi kullanımı zorlaştırıcı işlemler olmamalıdır,
13. Kartuş aşağıda listelenen parametreleri monitörize edebilmelidir,
ACT (celite) ,

Op.Dr. Vecih KEKLİK
KILIS DEVLET HASTANESİ
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzm.
Dip. Tes. No : 142600

Hem. Nigar SAĞCAN
Kilis Devlet Hastanesi
Yoğun Bakım Sorumlusu

Op. Dr. Habip Mevri ÖZGÖZ
KILIS DEVLET HASTANESİ
Kalp ve Damar Cerrahisi
Dip. Tes. No : 140183

Yetişkin Oksijenatör Kaplamalı Teknik Özellikleri

1. Oksijenatör altı saate kadar olan, açık kalp ve aort damar ameliyatlarında damar dışı dolaşım sisteminde güvenle kullanılabilir özellikte olmalıdır.
2. Oksijenatörün Isoflurane ve Sevoflurane uyumluluğu olmalıdır.
3. Oksijenatöre ısı değiştirici bölüm entegre olmalı, ayrıca bir kompartmanda bulunmamalıdır.
4. Oksijenatör biouyumluluğu arttırıcı kaplamaya sahip olmalıdır.
5. Oksijenatörün hava çıkarma işlemi kolay olmalı, oksijenatöre giriş ve çıkış oksijenatörün altından olmalı, bu sayede hava eliminasyonu konusunda üst düzey güvenli olmalıdır.
6. Oksijenatörde gerektiğinde kullanılmaya hazır hava çıkarma portu olmalı, bu sayede oksijenatör içerisinde ki hava kolaylıkla çıkarılabilmelidir.
7. Oksijenatör 0-7 lt/dak. arasında kan akışı sağlamaya uygun olmalıdır.
8. Oksijenatörün prime hacmi, 215 ml değerinin üzerinde olmamalıdır.
9. Oksijenatörün giriş ve çıkış noktaları arasında ki basınç kaybı, 37°C kan ısı değerinde, 4 lt/dak kan akış hızında, 50 mmHg değerinin üstünde olmamalıdır.
10. Oksijenatör rezervuarı gerektiğinde oksijenatörden kolayca ayrılabilenlidir. Oksijenatör rezervuara takılı iken 360° dönme özelliğinde olmalıdır.
11. Oksijenatör rezervuarı 300ml ile 4200 ml arasında çalışma özelliğinde olmalıdır.
12. Oksijenatör rezervuarında gerekli girişler bulunmalı, venöz girişi 360° dönme özelliğinde olmalıdır.
13. Oksijenatör ve rezervuarı, tekli ve steril paketler halinde olmalıdır.

Op. Dr. Vecih KEKLİK
KILIS DEVLET HASTANESİ
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzm.
Dip. Tes. No : 142600

Op. Dr. Haluk Mevret ÖZGÖZ
KILIS DEVLET HASTANESİ
Kalp ve Damar Cerrahisi
Dip. Tes. No : 140183