



TEKLİF MEKTUBU

Sayı : 35277066-949
Konu : 1 Kalem Kalıcı Diyaliz Kateteri Alım İşi

Müdürlüğümüze bağlı **Kilis Devlet Hastanesi**'nin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı Kamu İhaleleri Kanunu'nun 22. maddesinin (d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.


Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç **09/ 07/ 2018 günü saat 14: 00** 'e kadar Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığına gönderilmesini rica ederim.

İdari Şartlar;

1. Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
2. Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
3. Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2018 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç 120 (yüz yirmi) gün içerisinde ödenecektir.
4. Teklifler **genel yekün/kısmi teklif üzerinden** değerlendirilecektir.
5. Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde **0 348 814 10 15** no lu telefona faks edilmesi veya kilisdevlethastanesi@gmail.com adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif mektubunun aslının gönderilmesini rica ederim.
6. Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
7. Teknik şartname ektedir.

Mehmet TATLICI
Hastane İdari Mali İşl. Müd.

S. N	Cinsi	Miktarı	Birim	UBB ZORUNLU	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	Kalıcı diyaliz Kateteri Alımı	10	Adet			
Toplam (KDV Hariçtir)						



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Kilis Sağlık Müdürlüğü
Kilis Devlet Hastanesi

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
KİLİS SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
KİLİS DEVLET HASTANESİ

KALICI DİYALİZ KATETERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

2018

ACIL

YÜKSEK AKIM DÜŞÜK RESİRKÜLASYONLU KALICI HEMODİYALİZ KATETER ŞARTNAMESİ

1. **Carbothane** malzemeden üretilmiş olmalıdır.
2. Kateterin üzerinde 1 adet cuff bulunmalıdır.
3. Katerter **14.5fr** kalınlığında, cuff – uç arası **19 - 23 - 28 ve 55cm** olmalıdır.
4. İnternal Jugular, Subklavien, Femoral venlere takılabilmelidir.
5. Kateter iki lümenli ve Radyoopak özellikte olmalıdır.
6. Kateter yuvarlak olup, Seldinger yöntemi ile takılabilir olmalıdır.
7. Lümen konnektörleri üzerinde kateterin boyu, uzunluğu, Priming Volümleri yazılı olmalıdır.
8. Kateter vücut içerisinde kalan uçları **simetrik** değildir.
9. Kateterin vücut içerisinde kalan kısmında Arter ve Ven çıkışlarının haricinde **Lazer kesimli eşkenar dörtgen yapıda geniş kenar oyukları** olmalıdır.
10. Kateter High Flow özellikte olup 450-500 ml/min akımda çalışabilmelidir.
11. Kateterin Resirkülasyon oranı % **0,5-2** arasında olmalıdır.
12. Resirkülasyon oranı **bilimsel çalışma** ile belgelendirilmelidir.
13. Kateterin Apart Sheath'i '**Valfli**' olmalıdır.
14. Kateterin Extansiyon uzantıları silikonlu malzemeden üretilmiş olup çok kolay kapatılabilmelidir.
15. Kateterin tespiti için sütür atmaya olanak verebilecek delikler bulunmalıdır.
16. Kit Steril olup, içerisinde aşağıdaki aksesuarların bulunması gerekmektedir.
 - a. 1 Adet 14,5fr Kateter
 - b. 1 adet 18G 7 cm Introducer İğne
 - c. 1 adet 0.038 inç 70 cm J/Straight Kılavuz Tel
 - d. 1 adet 10-12 cc lik Enjektör.
 - e. 1 adet 16 fr Pull-Apart Sheath (valfli), PTFE
 - f. 2 adet Dilatör
 - g. 1 adet Bistüri (#11)
 - h. 1 adet Tunneling Stylet
 - i. 2 adet Yara Örtüsü
 - j. 4 adet Gaz Tampon

Op. Dr. Halkın Mevne ÖZGÖZ
KILIS DEVLET HASTANESİ
Kalp ve Damar Cerrahisi
Dip. Tes. No : 140183

Op. Dr. Vecih KEKLİK
KILIS DEVLET HASTANESİ
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı
Dip. Tes. No : 142800