



TEKLİF MEKTUBU

Sayı : 35277066-949

Konu : 1 Kalem Üroloji Taş Kırma Cihazı Onarım İşi

Müdürlüğümüze bağlı **Kilis Devlet Hastanesi**'nin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı Kamu İhaleleri Kanunu'nun 22. maddesinin (d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç **10 / 07 / 2018 günü saat 14: 00** 'e kadar Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığına gönderilmesini rica ederim.

İdari Şartlar;

1. Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
2. Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
3. Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2018 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç 120 (yüz yirmi) gün içerisinde ödenecektir.
4. Teklifler **genel yekün/kısmi teklif üzerinden** değerlendirilecektir.
5. Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde **0 348 814 10 15** no lu telefona faks edilmesi veya kilisdevlethastanesi@gmail.com adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif mektubunun aslının gönderilmesini rica ederim.
6. Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
7. Teknik şartname ektedir.

Mehmet TATLICI
Hastane İdari Mali İşl. Müd.

S. N	Cinsi	Miktarı	Birim	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	1008610130 Künye numaralı (QUANTA SYSTEM Marka ve LİTHO-Q1 DNA Model) Üroloji Lazer Taş Kırma Cihazı Onarımı	1	Adet		
Toplam (KDV Hariçtir)					



KİLİS DEVLET HASTANESİ
ARIZA-BAKIM ONARIM İSTEME FORMU



KİLİS HASTANE YÖNETİCİLİĞİ / BAŞHEKİMLİĞİ

CİHAZIN ADI	LAZER TAŞ KIRMA CİHAZI	
MARKASI VE MODELİ	QUANTA SYSTEM	LİTHO - Q1 DNA
ARIZA BİLDİRİM TARİHİ	27.06.2018	
HİZMETE GİRDİĞİ TARİH	2014	
KÜNYE NO/EDİNİM FİYATI	1008610130 / 160.380,00 TL	
CİHAZ SERİ NO	-	
CİHAZ ÜZERİNDEKİ AVADANLIKLAR :	-	
CİHAZIN ÇALIŞTIĞI BİRİM	AMELİYATHANE (ÜROLOJİ)	
İSTEK YAPAN BİRİM		SERVİS SORUMLUSU

ARIZA AÇIKLAMASI

CİHAZ TAŞ KIRMIYOR, DURUM GÖSTERGE İKAZI TURUNCU YANIYOR.

BİYOMEDİKAL TEKNİK SERVİS tarafından incelenmesi
İdari ve Mali İşler Md./Md.Yrd.

HASTANE BİYOMEDİKAL TEKNİKERİ/BAŞTEKNİSYENİ

Hüseyin KALAY
Kilis Devlet Hastanesi
Biyomedikal Teknikeri

YAPILAN İŞLEMLER HAKKINDA RAPOR

YAPILAN İNCELEMELER SONUCUNDA, CİHAZ ŞUTLAMA YAPIYOR FAKAT DURUM GÖSTERGE İKAZI YEŞİL RENK YANMASI GEREKİRKEN TURUNCU YANIYOR, ATÖLYE /KURUM İMKANLARIYLA YAPILMASI MÜMKÜN OLMAYIP, YETKİLİ TEKNİK SERVİS TARAFINDAN ONARIM YAPILMASI GEREKMEKTEDİR. NOT:CİHAZIN GARANTİSİ BULUNMAMAKTADIR.

SONUÇ

<input type="checkbox"/>	Arıza Yapıldı
<input type="checkbox"/>	Malzeme Talebi
<input checked="" type="checkbox"/>	Atölyede tamiri mümkün değil
<input type="checkbox"/>	Garanti kapsamında

Emirhan KIZILKAYA
KİLİS DEVLET HASTANESİ
Biyomedikal Teknikeri