



Sayı : 35277066-949

Konu : 1 Kalem Ultrasonografi Cihazı Dokunmatik Ekran Paneli Alım İşi

### TEKLİF MEKTUBU

Müdürlüğümüze bağlı **Kilis Devlet Hastanesi**'nin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı Kamu İhaleleri Kanunu'nun 22. maddesinin (d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç **10 / 07 / 2018 günü saat 14: 00** 'e kadar Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığına gönderilmesini rica ederim.

#### İdari Şartlar;

1. Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
2. Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
3. Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben **5 iş günü** içerisinde saat **08:30** ile **16:00** arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu Birimine teslim edecektir.
4. Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2018 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç 120 (yüz yirmi) gün içerisinde ödenecektir.
5. Teklifler **genel yekün/kısmi teklif üzerinden** değerlendirilecektir.
6. Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde **0 348 814 10 15** no lu telefona faks edilmesi veya [kilisdevlethastanesi@gmail.com](mailto:kilisdevlethastanesi@gmail.com) adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif mektubunun aslının gönderilmesini rica ederim.
7. Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
8. Teknik şartname ektedir.

Mehmet TATLICI  
Hastane İdari Mali İşl. Müd.

| S. N                         | Cinsi   | Miktarı | Birim | UBB/SUT/MARKA | Birim Fiyatı | Toplam Tutarı |
|------------------------------|---|---------|-------|---------------|--------------|---------------|
| 1                            | Toshiba Marka, Aplio XG Model, 99E0853567 Seri Nolu Ultrasonografi Cihazı Dokunmatik Ekran Paneli | 1       | ADET  |               |              |               |
| <b>Toplam (KDV Hariçtir)</b> |   |         |       |               |              |               |



T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
Kilis Sağlık Müdürlüğü  
Kilis Devlet Hastanesi

**A) KONUSU**

Bu teknik şartname Hastanemiz endokrin biriminde bulunan 1008713826 künye numaralı Toshiba marka Aplio XG model usg cihazı için kullanılacak olan dokunmatik ekran paneli teknik şartnamesidir.

**B) TEKNİK HUSUSLAR**

1. Teklif edilecek ürün envanterimizde bulunan Toshiba marka Aplio XG model cihaza uyumlu olmalıdır.
2. Ekran 10.1 inç olmalıdır.
3. Ekran rezistif dokunmatik prensibine göre çalışmalıdır.
4. Flex kablosu 4 kanallı olmalıdır.
5. En az 6 ay garantili olmalıdır.

Bu teknik şartname 2(iki) ana başlıktan teşkil olup, tarafımızca hazırlanarak imza altına alınmıştır.  
**19.06.2018**

Emin TIRYAKI  
KILIS DEVLET HASTANESİ  
Biyomedikal Mühendisi

Mustafa Latif YAZGAN  
Kilis Devlet Hastanesi  
Biyomedikal Teknik Sor.  
Elektrik Teknikeri

Hüseyin KALAY  
Kilis Devlet Hastanesi  
Biyomedikal Teknikeri