



Sayı : 35277066-949

Konu : 1 Kalem Spacelabs Monitörler İçin SPO2 Probu Alım İş

TEKLİF MEKTUBU

Müdürlüğümüze bağlı **Kilis Devlet Hastanesi**'nin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı Kamu İhaleleri Kanunu'nun 22. maddesinin (d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç **10 / 07 / 2018 günü saat 14: 00** 'e kadar Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığına gönderilmesini rica ederim.

İdari Şartlar;

1. Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
2. Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
3. Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben **5 iş günü** içerisinde saat **08:30** ile **16:00** arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu Birimine teslim edecektir.
4. Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2018 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç 120 (yüz yirmi) gün içerisinde ödenecektir.
5. Teklifler **genel yekün/kısmi teklif üzerinden** değerlendirilecektir.
6. Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize **kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15** no lu telefona faks edilmesi veya **kilisdevlethastanesi@gmail.com** adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif mektubunun **aslının** gönderilmesini rica ederim.
7. Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine **<http://kilisism.saglik.gov.tr>** web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
8. Teknik şartname ektedir.

Mehmet TATLICI
Hastane İdari Mali İşl. Müd.

S. N	Cinsi	Miktarı	Birim	UBB/SUT/MARKA	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	SPO2 Ölçüm Probu Parmak Yetişkin Çok Kullanımlık (Spacelabs Hastabaşı Monitörü Uyumlu)	25	ADET			
Toplam (KDV Hariçtir)						



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Kilis Sağlık Müdürlüğü
Kilis Devlet Hastanesi

A) KONU

Kilis Devlet Hastanesi Genel Yoğun Bakımda kullanılan Spacelabs marka 91390 model hasta başı monitör için alınacak olan Spo2 probu teknik şartnamesidir.

B) TEKNİK HUSUSLAR

1. Spo2 probu Spacelabs marka 91390 model hastabaşı monitörüne uyumlu ve orijinal ambalajında olmalıdır.
2. Spo2 probu Masimo uyumlu olmalıdır.
3. Spo2 probu yetişkin hastalara uyumlu parmak tipi olmalıdır.
4. Spo2 probunun UBB kaydı olmalıdır. Yüklenici faturada UBB bilgisine yer vermelidir.
5. Alınacak prob cihaz üzerinde denendikten sonra kabul edilecektir. Firmalardan teklif sırasında numune istenecektir.
6. Prob; dezenfektan, alkol vs temizleyicilerle temizlenebilir ve yapıldığı malzeme bu temizlik ürünlerine karşı dayanıklı olmalıdır.
7. Teklif edilen probun en az 1 (bir) yıl garantisi olmalıdır.

Bu teknik şartname 2(iki) ana başlıktan teşkil olup, tarafımızca hazırlanarak imza altına alınmıştır. 27.06.2018

Emine TIRYAKI
KİLİS DEVLET HASTANESİ
Biyomedikal Mühürsisi

Adem SARIBUĞDAY
(Hemşire)
Ad.

Songül CEKİC
KİLİS DEVLET HASTANESİ
Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi
Sicil No 87093