



TEKLİF MEKTUBU

Sayı : 35277066-949
Konu : 4 Kalem Sistofix İpek Sütur Alımı İşi

Müdürlüğümüze bağlı **Kilis Devlet Hastanesi**'nin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı Kamu İhaleleri Kanunu'nun 22. maddesinin (d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç **20 / 07 / 2018 günü saat 14: 00** 'e kadar Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığına gönderilmesini rica ederim.

İdari Şartlar;

1. Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
2. Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
3. Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2018 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç 120 (yüz yirmi) gün içerisinde ödenecektir.
4. Teklifler **genel yekün/kısmi teklif üzerinden** değerlendirilecektir.
5. Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize **kapalı zarf içerisinde** teslim edilmesi, edilememesi halinde **0 348 814 10 15** no lu telefona faks edilmesi veya **kilisdevlethastanesi@gmail.com** adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif mektubunun **aslının** gönderilmesini rica ederim.
6. Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine **<http://kilisism.saglik.gov.tr>** web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
7. Teknik şartname ektedir.

Mehmet TATLICI
Hastane İdari Mali İşl. Müd.

S. N	Cinsi	Miktarı	Birim	UBB (ZORUNLU)	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	Sistofix suprapubik Drenaj Set No:12 FR	20	Adet			
2	Sistofix suprapubik Drenaj Set No:14 FR	20	Adet			
3	İpek No: 0 Yuvarlak 26 MM 75 CM	120	Adet			
4	İpek No: 1 Yuvarlak 26 MM 75 CM	120	Adet			
Toplam (KDV Hariçtir)						



TC Sağlık Bakanlığı

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Kilis Sağlık Müdürlüğü
Kilis Devlet Hastanesi

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
KİLİS SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
KİLİS DEVLET HASTANESİ

SİSTOFİX VE İPEK SÜTUR TEKNİK ŞARTNAMESİ

2018

SİSTOFİX SUPRAPUBİK KATETER 12 Fr ve 14 Fr TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Mesanenin suprapubik yoldan drenajı amacıyla kullanılmalıdır.
2. Takılma işlemi sırasında gerekecek malzemeleri içeren set halinde olmalıdır.
3. Mesane drenajını sağlayacak kateter poliüretan malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
4. Kateter çapı 12 F – 14 F ebatlarında olmalı, uzunluğu 45 – 50 cm olmalıdır.
5. Set içerisinde 1 adet 12 – 14 cm uzunluğunda metal trocar, adet ucu kıvrık drenaj kateteri, 1 adet klemp ve 1 adet sabitleme flasteri , 1 adet bistüri, 1 adet idrar torbası bulunmalıdır.
6. Trocar koruyucu kılıfı içinde olmalıdır.
7. Kateter üzerinde işaret çizgileri bulunmalıdır.
8. Orijinal steril ambalajında olmalıdır.
9. Teslim edilen ürünün miadı en az 2 yıl olmalıdır.
10. Ürünlerin UBB kaydı olmalıdır.


Opr. Dr. Hasan ASLAN
KİLİS DEVLET HASTANESİ
Uroloji Uzmanı
Diy. Tes. No : 128629


Dr. Mehmet CAM YALLI
KİLİS DEVLET HASTANESİ
Genel Cerrahi Uzm. Dr.
Diy. Tes. No : 150335

CERRAHİ İPEK TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kıvrılmış ham ipekten imal edilmiş olacaktır. Kalınlıkları, düğüm atma kabiliyetleri ve iğne-iplik kombinasyonu U.S.P. ve Avrupa Farmakopisi'ne uygun olacaktır.
2. İpek iplikler, cerrahi iğneye takılı durumda ve kıvrılmayı engelleyecek şekilde, alüminyum folyo veya karton poşette ambalajlanmış olacaktır.
3. Ambalajları sterilitesini koruyacak şekilde makas veya başka bir alet kullanımını gerektirmeden açılabilir yapıda olacaktır
4. Sütür materyali paketten çıkarılırken dolanmamalı, düğümlememelidir. İğne geçtikten sonra sütür dokuya takılmamalı, geriye doğru toplanma, tiftiklenme yapmamalıdır, şişmemelidir, bağlandığında kopmamalıdır ve kalınlığına uygun direnç göstermelidir. Doku reaksiyonu minimum olmalıdır.
5. Dış Ambalajın iç yüzü şeffaf, dış yüzü kâğıttan olacaktır. Dış ambalaj yırtılmayan su ve nemden etkilenmeyen özellikte olmalıdır.
6. Çift, orjinal ve steril ambalaj içinde bulunan dikiş materyalinin teknik özellikleri, iğneli olanlarda iğne cinsi (yuvarlak, keskin, spatul, tapercut, küt uçlu), iğne boyu, iğne profil resmi, USP ve EP (metrik) numaraları iplik uzunluğu, üretici firmanın imal seri numarası, sterilizasyon metodu, tarihi, son kullanma tarihi, ürün kod numarası açıkça belirtilmiş olacaktır.
7. İpek iplikler steril olacaktır.
8. Teslim tarihinden itibaren en az 2(iki) yıl miatlı olacaktır.
9. İğne ile ilgili şartlar:
 - a) İğne ile sütür arasında ki kalınlık farkı olmamalı, travma yaratmayacak şekilde 1/1 oranında olmalıdır.
 - b) İğneler özel alaşım çelikten-paslanmaz ve dokuya geçişi kolay olmalıdır.
 - c) İğneler kolay kırılmamalı, eğilmemeli ancak esnek olmalıdır. İğne, kalsifiye dokularda rahatlıkla kullanılmalıdır.
 - d) Yuvarlak ve keskin iğnelerin yüzeyi düzgün ve pürüzsüz olmalıdır. Portegue ile tutulduğunda ezilmemelidir. İğnenin ipekle bağlantı bölgesinde geçiş deliğini büyütecek düzeyde genişleme olmamalıdır. İğne keskinliğini/sivriliğini kullanımı süresince devam ettirmelidir.
10. Birim ambalajın üzerinde okunaklı ve bozulmayacak biçimde aşağıdaki bilgiler yazılmış olacaktır;
 - a) İğne cinsi (yuvarlak, keskin, spatül, tapergut, küt uçlu) iğne adedi (tek veya çift olduğu görülecek şekilde), iğne boyu (mm olarak) belirtilmelidir.
 - b) İğne büyüklüğü 1/1 oranında görülebilmelidir.
 - c) Sütürün kalınlığı (metrik ve U.S.P. olarak)
 - d) Sütürün uzunluğu
 - e) Steril ibaresi, sterilizasyon metodu
 - f) Üretim ve son kullanma tarihi
 - g) Seri ve kontrol numarası olacaktır. Kutu ambalajın üzerinde, birim ambalajın üzerinde yazması gereken bilgilerin tamamı olacaktır.
11. Orijinal kapatılmış ambalajlarda paketlenmiş hallerde olacaktır.
12. İhtiyaç listesinde belirtilen ebatlarda olacaktır.
13. Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

Op. Dr. Hakan ASLAN
KILIS DEVLET HASTANESİ
Uroloji Uzmanı
Dış. Tes. No: 128629

Op. Dr. Ali Can YALILI
KILIS DEVLET HASTANESİ
Genel Cerrahi Uzm.
Dış. Tes. No: 150835