

Sayı : 35277066-949
Konu : 1 Kalem Tarih Etiket Tabancası Alım İşi

TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı Kamu İhaleleri Kanunu'nun 22. maddesinin (d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç **20 / 07 / 2018 günü saat 14: 00** 'e kadar Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığına gönderilmesini rica ederim.

İdari Şartlar;

1. Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
2. Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
3. Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben **5 iş günü** içerisinde saat **08:30** ile **16:00** arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu Birimine teslim edecektir.
4. Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2018 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç 120 (yüz yirmi) gün içerisinde ödenecektir.
5. Teklifler **genel yekün/kısmi teklif üzerinden** değerlendirilecektir.
6. Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde **0 348 814 10 15** no lu telefona faks edilmesi veya kilisdevlethastanesi@gmail.com adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif mektubunun aslının gönderilmesini rica ederim.
7. Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
8. Teknik şartname ektedir.

Mehmet TATLICI
Hastane İdari Mali İşl. Müd.

S. N	Cinsi	Miktarı	Birim	UBB/SUT/MARKA	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	TARİH ETİKET TABANCASI	1	ADET			
Toplam (KDV Hariçtir)						

STERİLİZASYON ÜNİTESİ İÇİN ETİKET MAKİNASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz tek etikete üretim ve son kullanma tarihlerini basabilmedir.
2. Cihaz düzgün ve kesintisiz etiket transferi yapabilmelidir.
3. Cihaza uyumlu etiket ve keçe en az iki (2) yıl sağlayıcı firma tarafından temin edilebilmelidir.
4. Cihaza kolay bir şekilde etiket ve keçe değişimi yapılabilmelidir.
5. Hali hazırda kullandığımız etikete uyumlu bir cihaz olması gerekmektedir.
6. Hali hazırda kullandığımız etiket numune olarak şartname ile gönderilmiştir.

Nilüfer TOKUŞOĞLU
Sterilizasyon Birim Sorumlusu

Hemşire
Mbrahim Altıntaş

Hemşire
Merke Hidayet

Etiket Örneği

Green = Processed

