

T.C.  
KİLİS VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA  
BİRİMİ

23/07/2018 16:47 - 52446582 - 949 - E.395



00073502685

Sayı : 52446582/949

Konu : Hasta Karyolarına Korkuluk Alım İşi

**Hastanemizin** ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı Kamu İhaleleri Kanunu'nun 22. maddesinin (d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç **27 / 07 / 2018 günü saat 14 :00** 'e kadar Kilis Devlet Hastanesine gönderilmesini rica ederim.

**İdari Şartlar;**

1. Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
2. Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
3. Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2018 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç 120 (yüz yirmi) gün içerisinde ödenecektir.
4. Teklifler **genel yekün/kısmi teklif üzerinden** değerlendirilecektir.
5. Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde **0 348 814 10 15** no lu telefona faks edilmesi veya kilisdevlethastanesi@gmail.com mail adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif mektubunun aslının gönderilmesini rica ederim.
6. Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
7. Teknik şartname ektedir.

Mehmet TATLICI  
Hastane İdari Mali İşl. Müd.

S. N O	Cinsi	Miktarı	Birim	UBB/Marka	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	A Blok Çocuk Servisinde Bulunan Hasta Karyoları İçin Plexigla (cam plastik) Korkuluk	10	Adet			
					<b>Toplam (KDV Hariçtir)</b>	

Marka Model: Mespa ELEGANT411

**A)KONU:** Bu şartname Kilis Devlet Hastanesi A Blok Çocuk Servisinde kullanılan mespa marka hasta karyolası Plexiglas yan korkuluğu teknik şartnamesidir.

**B)TEKNİK HUSUSLAR:**

1. Korkuluk Mespa marka Elegant411 model hasta karyolasına uygun olmalıdır.
2. Korkuluk Plexigla(plastik cam) malzemeden üretilmiş olmalıdır.
3. Her korkuluk üzerinde dört adet sabitleme vidası olmalıdır.
4. Her korkuluk yanında dörder adet sabitleme vidasıyla birlikte verilecektir.
5. Korkuluk resmi ek'te bulunmaktadır.
6. Ürün numune üzerinden değerlendirilecektir.

*Emin TIRYAKI*  
KILIS DEVLET HASTANESİ  
Biyomedikal Mühendisi

*(20.07.2018)*

**Hüseyin KALAY**  
Kilis Devlet Hastanesi  
Biyomedikal Teknikeri

*(20.07.2018)*

