

Sayı : 35277066-949
Konu : 1 Kalem Cam Şale (Dik) Alımı İşi

TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı Kamu İhaleleri Kanunu'nun 22. maddesinin (d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç **27 / 07 / 2018 günü saat 14: 00** 'e kadar Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığına gönderilmesini rica ederim.

İdari Şartlar;

1. Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
2. Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
3. Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben **5 iş günü** içerisinde saat **08:30** ile **16:00** arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu Birimine teslim edecektir.
4. Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2018 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç 120 (yüz yirmi) gün içerisinde ödenecektir.
5. Teklifler **genel yekün/kısmi teklif üzerinden** değerlendirilecektir.
6. Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde **0 348 814 10 15** no lu telefona faks edilmesi veya kilisdevlethastanesi@gmail.com adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif mektubunun aslının gönderilmesini rica ederim.
7. Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
8. Teknik şartname ektedir.

e-imzalıdır.
Mehmet TATLICI
Hastane İdari Mali İşl. Müd.

S. N	Cinsi	Miktarı	Birim	UBB/SUT/MARKA	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	CAM ŞALE (DİK)	30	ADET			
Toplam (KDV Hariçtir)						



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Kilis Sağlık Müdürlüğü
Kilis Devlet Hastanesi

KONU

Patoloji laboratuvarında hastalarda yapılan sıvı yaymalarının muhafaza edilmesi için 30 adet Cam Şaleye ihtiyaç duyulmaktadır.

A. GEREKÇE

Patoloji Laboratuvarında kullanılmak üzere Alınması Gerekmetedir.

B. TEKNİK ÖZELLİKLER

1-EKTE SUNULAN TEKNİK ÖZELLİKLERDE OLMASI GEREKİYOR.


ÖZGE DEMİR

Dr. Uğur İnal
Dip. Tes No: 152356

CAM ŐALE TEKNİK ŐARTNAMESİ

1. En az 5mm kalınlıęında camdan üretilmiŐ olmalı ve cam kapaęı bulunmalıdır.
2. Etüve girebilecek Őekilde ısıya dayanıklı olmalıdır.
3. Hellendahl tipinde, dik yapıda olmalı ve 76x26 mm öcülerindeki lamlardan en az 8 tanesini ayrı ayrı alacak Őekilde bölmeli yapıda olmalıdır.
4. Yükseklięi en az 9 cm olmalı ve üst bölümü alt taraftan daha geniş formda olmalıdır.

ÖZGE DEMİR



Dr. UęUR İZEL

