

T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA
BİRİMİ

10/08/2018 15:48 - 52446582 - 949 - E.434



00074841570

Sayı : 52446582/949
Konu : El Tipi Cryoterapi Cihazı Bakım-Onarım İşi

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı Kamu İhaleleri Kanunu'nun 22. maddesinin (d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç **14 / 08 / 2018 günü saat 14 :00** 'e kadar Kilis Devlet Hastanesine gönderilmesini rica ederim.

İdari Şartlar;

1. Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
2. Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
3. Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2018 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç 120 (yüz yirmi) gün içerisinde ödenecektir.
4. Teklifler **genel yekün/kısmi teklif üzerinden** değerlendirilecektir.
5. Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde **0 348 814 10 15** no lu telefona faks edilmesi veya kilisdevlethastanesi@gmail.com mail adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif mektubunun aslının gönderilmesini rica ederim.
6. Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
7. Teknik şartname ektedir.

e-imzalıdır.
Mehmet TATLICI
Hastane İdari Mali İşl. Müd.

S. N O	Cinsi	Miktarı	Birim	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	Cildiye Polikliniğinde Kullanılan El Tipi Cryoterapi Cihazının Kırılmış Olan Tetik Mekanizması ve Bağlantı Aparatlarının Yenisiyle Değiştirilmesi İşi	1	Adet		
				Toplam (KDV Hariçtir)	

Marka ve Model: LEOFARMA BRYMİLL

Arızası: Cildiye Polikliniğinde Kullanılan El Tipi Cryoterapi Tankı Tetik Mekanizması Kırılmıştır.

Kilis Devlet Hastanesi – Doğrudan Temin Birimi
Tel: 0348 822 11 11 Dahili: 1872 Faks: 0 348 814 10 15
İrt: Mustafa BOZDOĞAN

Abdullah Gül Bulv.Çevre Yolu Üzeri, Merkez/Kilis
e-posta : kilisdevlethastanesi@gmail.com

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden da817f20-b171-45a2-808c-7257a46c52b8 kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

A)KONU: Bu şartname Kilis Devlet Hastanesinde cildiye polikliniğinde kullanılan, ve tetik mekanizması kırılmış olan Leofarma marka Brymill model 1009154290 künye numaralı el tipi kryoterapi cihazı bakım-onarım teknik şartnamesidir.

B)TEKNİK HUSUSLAR:

1. Tetik mekanizması ve bağlantı aparatları yenisiyle değiştirilecektir.
2. Takılacak olan yeni parçalar orijinal olacaktır.
3. Yapılan işlem ve tetik mekanizması en az 6(altı) ay garantili olacaktır.

4. Cihaz çalışır şekilde teslim edilecektir.

Emin TIRYAKI
KILIS DEVLET HASTANESİ
Biyomedikal Mühendisi

Hüseyin KALAY
Kilis Devlet Hastanesi
Biyomedikal Teknikeri
(02.08.2018)

Uzm.Dr. Burak ÇEN
Kilis Devlet Hastanesi
Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı
Dip Tes No: 171547