

## TEKLİF MEKTUBU

Sayı : 35277066-949

Konu : 1 Kalem Yara Temizleyici Likit (Octenisept) Alım İşi

Müdürlüğümüze bağlı **Kilis Devlet Hastanesi**'nin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı Kamu İhaleleri Kanunu'nun 22. maddesinin (d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç **24 / 09 / 2018 günü saat 14: 00** 'e kadar Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığına gönderilmesini rica ederim.

### İdari Şartlar;

1. Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
2. Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
3. Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2018 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç 120 (yüz yirmi) gün içerisinde ödenecektir.
4. Teklifler **Genel yekün / kısmi teklif üzerinden** değerlendirilecektir.
5. Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde **0 348 814 10 15** no lu telefona faks edilmesi veya [kilisdevlethastanesi@gmail.com](mailto:kilisdevlethastanesi@gmail.com) adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif mektubunun aslının gönderilmesini rica ederim.
6. Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
7. Teknik şartname ektedir.

e-imzalıdır.  
Mehmet TATLICI  
Hastane İdari Mali İşl. Müd.

S. N	Cinsi	Miktarı	Birim	UBB (ZORUNLU)	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	1 Kalem Yara Temizleyici Likit (Octenisept) Alım İşi	6	Adet			
<b>Toplam (KDV Hariçtir)</b>						



TC Sağlık Bakanlığı

T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
Kilis Sağlık Müdürlüğü  
Kilis Devlet Hastanesi

T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
KİLİS SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
KİLİS DEVLET HASTANESİ

**YARA TEMİZLEYİCİ LİKİT ( OCTENİSEPT )  
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

**2018**

## OCTENİSEPT TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Antiseptik oktenidin dihidroklorür içermelidir.
- 2- Her tür enfekte yarada (yanık, diyabetik ayak ülseri, ...) ve irrigasyon için kullanıma uygun olmalıdır.
- 3- Durulama gerektirmemelidir.
- 4- PVP-iyod, klorheksidin, benzetonyem klorürü, poliheksanid ve bunlara ait bileşik içermemelidir.
- 5- Berrak, renksiz ve likit halde olmalıdır.
- 6- Orijinal 1 lt lik ambalajında ve sprey aplikatörü ile sunulmalıdır.
- 7- Ürünün orijinal klinik çalışmaları sunulmalıdır.
- 8- En az 1 yıllık raf ömrü olmalıdır.

Uz.Dr. Gökhan UNUTMAZ  
KILIS DEVLET HASTANESİ  
Enjeksiyon Hast. ve Klinik Mik.  
Dip. Tes. No : 111252

Ladime  
Şefi dan  
enfeksiyon kontrol  
Hemşiresi

Büşra ÇEKİCİ  
Enfeksiyon Kontrol  
Hemşiresi