

T.C.  
KİLİS VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA  
BİRİMİ

28/09/2018 08:54 - 52446582 - 949 - E.513



00077541351

Sayı : 52446582/949

Konu : 2 Kalem Otoklav yazıcısına ve Sterilizasyon Paketi Kapama Cihazına Kartuş Alımı İşİ

**Hastanemizin** ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı Kamu İhaleleri Kanunu'nun 22. maddesinin (d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç **03 / 10 / 2018 günü saat 14 :00** 'e kadar Kilis Devlet Hastanesine gönderilmesini rica ederim.

**İdari Şartlar;**

1. Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
2. Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
3. Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2018 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç 120 (yüz yirmi) gün içerisinde ödenecektir.
4. Teklifler **genel yekün/kısmi teklif üzerinden** değerlendirilecektir.
5. Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde **0 348 814 10 15** no lu telefona faks edilmesi veya kilisdevlethastanesi@gmail.com mail adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif mektubunun aslının gönderilmesini rica ederim.
6. Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
7. Teknik şartname ektedir.

e-İmzalıdır.  
Mehmet TATLICI  
Hastane İdari Mali İşl. Müd.

S. N O	Cinsi	Miktarı	Birim	UBB/Marka	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	Otoklav Yazıcı Kartuşu	50	Adet			
2	Sterilizasyon Paketi Kapama Cihazı Yazıcı Kartuş	50	Adet			
<b>Toplam (KDV Hariçtir)</b>						

## KAPAMA CİHAZI KARTUŞU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hawo marka kapama cihazı için uygun olmalıdır.
2. Makara sistemli olmalıdır.
3. Çarklı ve şeritli olmalıdır.
4. Şerit otomatik olarak dönmelidir.
5. Şerit mürekkepli olmalıdır.
6. Kartuşun kodu ERC-28 olmalıdır.
7. Yuvasına hiçbir malzeme aparatı olmadan takılmalıdır.

Nilüfer TOKUŞOĞLU  
St. ilizasyon Birim Sorumlusu

Hemşire  
Merve HİDAYET

Uzm. Dr. Aziz YARBIL  
KİSİ DEVLET HASTANESİ  
Anesteziyoloji ve  
Reanimasyon Uzm.  
Dip. Tes. No : 89820

## OTOKLAV YAZICI KARTUŐU TEKNİK ŐARTNAMESİ

1. Amsco-V1262 model cihaz için uygun olmalıdır.
2. Makara sistemli olmalıdır.
3. arklı ve Őeritli olmalıdır.
4. Őerit otomatik olarak dnmelidir.
5. Őerit mrekkepli olmalıdır.
6. KartuŐun kodu ERC-22 olmalıdır.
7. Yuvasına hiŐbir malzeme aparatı olmadan takılmalıdır.

HanŐire  
Merne HİDAYET



Nilfer TOKUŐOĐLU  
Sterilizasyon Birim Sorumlusu



Uzm. Dr. Aziz YARBIL  
KILIS DEVLET HASTANESİ  
Anesteziyoloji ve  
Reanimasyon Uzm.  
Dip. Tes. No : 89820

