

T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA

BİRİMİ

28/09/2018 08:54 - 52446582 - 949 - E.511



00077540950

Sayı : 52446582/949
Konu : 6 Kalem Foley Sonda (İki Yollu) Alımı İşi

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı Kamu İhaleleri Kanunu'nun 22. maddesinin (d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç **03 / 10 / 2018 günü saat 14 :00** 'e kadar Kilis Devlet Hastanesine gönderilmesini rica ederim.

İdari Şartlar;

1. Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
2. Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
3. Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2018 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç 120 (yüz yirmi) gün içerisinde ödenecektir.
4. Teklifler **genel yekün/kısmi teklif üzerinden** değerlendirilecektir.
5. Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize **kapalı zarf içerisinde** teslim edilmesi, edilememesi halinde **0 348 814 10 15** no lu telefona faks edilmesi veya kilisdevlethastanesi@gmail.com mail adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif mektubunun **aslının** gönderilmesini rica ederim.
6. Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
7. Teknik şartname ektedir.

e-imzalıdır.

Mehmet TATLICI
Hastane İdari Mali İşl. Müd.

S. N O	Cinsi	Miktarı	Birim	UBB/Marka	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	Foley Sonda İki Yollu Latexs No:8	80	Adet			
2	Foley Sonda İki Yollu Latexs No:6	50	Adet			
3	Foley Sonda İki Yollu Latexs No:14	200	Adet			
4	Foley Sonda İki Yollu Latexs No:16	5.000	Adet			
5	Foley Sonda İki Yollu Latexs No:18	500	Adet			
6	Foley Sonda Üç Yollu Latexs No:22	100	Adet			
				Toplam (KDV Hariçtir)		

FOLEY SONDA İKİ YOLLU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Lateks malzemeden imal edilmiş olacaktır.
2. İki yollu olacaktır.
3. 15-20 gün mesanede kalacak şekilde enkrustasyona dayanıklı olacaktır.
4. Uç kısmı balonlu ve şişebilir özellikte olacaktır.
5. Steril olmalıdır.
6. Şişirme mekanizması sert kolay tutulabilir ve yerinden çıkmayacak şekilde olmalıdır. İhale öncesi numune teslim edilecektir, numune üzerinde değerlendirme yapılacaktır

Dr. Halide SAGLAMBALEK
KILIS DEVLET HASTANESİ
Dip. No : 101557

Dr. Halide SAGLAMBALEK
KILIS DEVLET HASTANESİ
Pratisyem Hekim
Dip. No : 101557

Uzm.Dr. Mustafa SUNAR
KILIS DEVLET HASTANESİ
Acil Uzmanı
Dip. No : 125802

Büşra KARABAYRAK
Kilis Devlet Hastanesi
Acil Sorumlu Hemşire
Sicil No : ...

FOLEY SONDA (NO:22) ÜÇ YOLLU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Lateks malzemeden imal edilmiş olacaktır.
2. Üç yollu olacaktır.
3. 15-20 gün mesanede kalacak şekilde enkrustasyona dayanıklı olacaktır.
4. Uç kısmı balonlu ve şişebilir özellikte olacaktır.
5. Steril olmalıdır.
6. Şişirme mekanizması sert kolay tutulabilir ve yerinden çıkmayacak şekilde olmalıdır.
7. İhale öncesi numune teslim edilecektir, numune üzerinde değerlendirme yapılacaktır.

Dr. Halide SAĞLAMBİLEN
KILIS DEVLET HASTANESİ
Dip. Tes. No: 191557

Dr. Halide SAĞLAMBİLEN
KILIS DEVLET HASTANESİ
Dip. Tes. No: 191557

Uzm. Dr. Mustafa SUNAR
KILIS DEVLET HASTANESİ
Açil Tıp Uzmanı
Dip. Tes. No: 125692

Büşra KARABAŞ
Kilis Devlet Hastanesi
Acil Sorumlu Hemşire
Sicil No: H135158