



Sayı : 35277066-949

Konu : 1 Kalem Likit Oksijen Tankı Bakım Onarım İşi

TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı Kamu İhaleleri Kanunu'nun 22. maddesinin (d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç **03 / 10 / 2018 günü saat 14: 00** 'e kadar Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığına gönderilmesini rica ederim.

İdari Şartlar;

1. Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
2. Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
3. Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben **5 iş günü** içerisinde saat **08:30** ile **16:00** arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu Birimine teslim edecektir.
4. Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2018 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç 120 (yüz yirmi) gün içerisinde ödenecektir.
5. Teklifler **genel yekün/kısmi teklif üzerinden** değerlendirilecektir.
6. Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde **0 348 814 10 15** no lu telefona faks edilmesi veya kilisdevlethastanesi@gmail.com adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif mektubunun aslının gönderilmesini rica ederim.
7. Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
8. Teknik şartname ektedir.

e-imzalıdır.

Mehmet TATLICI
Hastane İdari Mali İşl. Müd.

S. N	Cinsi	Miktarı	Birim	UBB/SUT/MARKA	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	LİKİT OKSİJEN TANKI BAKIM - ONARIMI	1	ADET			
Toplam (KDV Hariçtir)						

A)KONU: Bu şartname Kilis Devlet Hastanesinde kullanılan 10.000 litrelik Likit Oksijen Tankı bakım-onarım teknik şartnamesidir.

B)TEKNİK HUSUSLAR:

1. Tankın seviye göstergesi ve basınç göstergesi değiştirilip tekrar kalibre edilecek.
2. Emniyet valfleri değiştirilecek.
3. Vanalar kontrol edilip conta değişimleri yapılacak.
4. Regülatör değişimi yapılacak, basınç dengesi ayarlanacak.
5. Evaporatörlerdeki ve eklem/birleşim yerlerinde ki kaçaklar giderilecektir.
6. Tank kontrol vakumuna alınacak, ideal vakum değeri sağlanacaktır.
7. Tankın dış boyaması yapılacak.
8. Yüklenici firma, biyomedikal birim ve likit oksijen temin edilen firma ile koordineli olarak çalışacaktır.
9. Bakım onarım işlemi bittikten sonra tank kullanımı ve dolumu ile ilgili eğitim verilecektir.
10. Değiştirilen tüm parçalar tankla birebir uyumlu olacak, eski parçalar biyomedikal teknik servise teslim edilecektir.

Emin TIRYAKI
KILIS DEVLET HASTANESİ
Biyomedikal Mühendisi
(11.05.2018)

Hüseyin KALAY
Kilis Devlet Hastanesi
Biyomedikal Teknikeri
(11.05.2018)

İbrahim TİĞLİ
Kilis Devlet Hastanesi
Biyomedikal Depo Birimi
SAYI NO : T19924
(11.05.2018)