

T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA

BİRİMİ

28/09/2018 08:54 - 52446582 - 949 - E.512



00077541137

Sayı : 52446582/949
Konu : Otoklav Cihazı Yükleme-Yıkama Sepeti Alımı İşi

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı Kamu İhaleleri Kanunu'nun 22. maddesinin (d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç **03 / 10 / 2018 günü saat 14 :00** 'e kadar Kilis Devlet Hastanesine gönderilmesini rica ederim.

İdari Şartlar;

1. Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
2. Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
3. Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2018 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç 120 (yüz yirmi) gün içerisinde ödenecektir.
4. Teklifler **genel yekün/kısmi teklif üzerinden** değerlendirilecektir.
5. Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde **0 348 814 10 15** no lu telefona faks edilmesi veya kilisdevlethastanesi@gmail.com mail adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif mektubunun aslının gönderilmesini rica ederim.
6. Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
7. Teknik şartname ektedir.

e-imzalıdır.
Mehmet TATLICI
Hastane İdari Mali İşl. Müd.

S. N O	Cinsi	Miktarı	Birim	UBB/Marka	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	Otoklav Cihazı Yükleme-Yıkama Sepeti	2	Adet			
					Toplam (KDV Hariçtir)	

OTOKLAV YÜKLEME SEPETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Sepet Amsco marka V-1262 model cihaz için uygun olmalıdır.
2. Sepet cihazın mevcut yükleme - boşaltma arabası ile uyumlu tasarımda olmalıdır.
3. Sepetin tamamı 304 kalite paslanmaz çelik olmalıdır.
4. 304 kalite paslanmaz çelik olduğu belgelendirilmelidir.
5. Sepet 4 adet paslanmaz teker yardımı ile otoklav kazanı ile otoklav arabası arasında hareket edebilmelidir.
6. Sepet iki raflı olmalı, her bir raf uzun yıllar paket, bohça ve konteynırları rahatlıkla taşıyabilecek dayanımda olmalıdır.
7. Sepetin üst raf yüksekliği ayarlanabilir olmalıdır.
8. Sepet buharın paketlere ulaşmasını engelleyecek kapalı bir tasarıma sahip olmamalıdır.
9. Sepet arabanın kilitleme mekanizmasına uyumlu olmalıdır.
10. Sepette paketli malzemelerin delinmesi veya yırtılmasına sebep olacak keskin ve sivri kenarlar olmamalıdır.
11. Sepet argon kaynak ile üretilmiş olmalıdır.
12. Sepet yüzeyi elektro polisaj ile temizlenmiş ve parlatılmış olmalıdır.
13. 2 adet yan korumaları olmalıdır.

Nilüfer TOKUŞOĞLU
Sterilizasyon Birim Sorumlusu

Hemşire
Merve HİDAYET



Uzm. Dr. Aziz YARBIL
KILIS DEVLET HASTANESİ
Reanimasyon Uzm.
Dip. Tel. No : 89820