



T.C.  
KİLİS VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA  
BİRİMİ

24/06/2019 16:03 - 52446582 - 949 - E.379



00095892234

Sayı : 35277066-949

Konu : 4 KALEM OTOKLAV CİHAZI MALZEMELERİ ALIMI İŞİ

**TEKLİF MEKTUBU**

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun 22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç (28.06.2019) günü saat 14:00'e kadar Kilis Devlet Hastanesi, doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1.Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
- 2.Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
- 3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu
- 4.Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2019 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç 120(Yüzyirmi) gün içerisinde ödenecektir.
- 5.Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
- 6.Teklifler genel yekün/kısmi teklif üzerinden değerlendirilecektir.
- 7.Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya [kilisdevlethastanesi@gmail.com](mailto:kilisdevlethastanesi@gmail.com) adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif
- 8.Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
- 10.Teknik şartname ektedir.

e-İmzalıdır.

MEHMET TATLICI

**TEKLİFLER**

Sıra	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	OTOKLAV CİHAZI SICAKLIK SENSÖRÜ	2	ADET		
2	OTOKLAV CİHAZI HAVA FİLTRESİ	2	ADET		
3	OTOKLAV PNOMATİK VALFİ	6	ADET		
4	OTOKLAV CİHAZI KONDENSTOP	2	ADET		
				<b>TOPLAM(KDV HARİÇ)</b>	

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : MUSTAFA TOPAL

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

e-posta : [kilisdevlethastanesi@gmail.com](mailto:kilisdevlethastanesi@gmail.com)



T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
Kilis Sağlık Müdürlüğü  
Kilis Devlet Hastanesi

**1" PNOMATİK VALF TEKNİK ŞARTNAMESİ (2 adet)**

1. Amasco marka v1262 model cihaza uyumlu olmalıdır.
2. 1" olmalıdır.
3. 2.7 ve 10 bar arası çalışmalıdır.
4. 3/8 pnomatik girişi olmalıdır.
5. Pirinç gövdeli veya krom malzemeden yapılmış olmalıdır.
6. Piston kısmı sert plastik veya metal iç kısım izlenebilir olmalıdır.

**½" PNOMATİK VALF TEKNİK ŞARTNAMESİ (4 adet)**

1. Amasco marka v1262 model cihaza uyumlu olmalıdır.
2. 1/2" olmalıdır.
3. 2.7 ve 10 bar arası çalışmalıdır.
4. 3/8 pnomatik girişi olmalıdır.
5. Pirinç gövdeli veya krom malzemeden yapılmış olmalıdır.
6. Piston kısmı sert plastik veya metal iç kısım izlenebilir olmalıdır.

**KONDESTOP ŞARTNAMESİ (2 adet)**

1. Amasco marka v1262 model cihaza uyumlu olmalıdır.
2. ½" olmalıdır.
3. Sarı gövdeli pirinç malzemeden olmalıdır.
4. İç kısım krom malzemeden olmalıdır.

**ISI VE CHAMBER PROBU TEKNİK ŞARTNAMESİ (2 adet)**

1. Amasco marka v1262 model cihaza uyumlu olmalıdır.
2. 0-250 santigrat derece arasında çalışabilmelidir.
3. Prob en fazla % 0.5 (1 santigrat derece) hata oranına sahip olmalıdır.
4. 1,5 – 6 cm çapında alüminyum malzemeden enerji nakil hattı kablolarına montaj edilebilecek şekilde olmalıdır.
5. Cihazın sıcaklık ölçümü için çözünürlüğü en az 0.1 santigrat derece, prob kısmı ise IP 67 koruma sınıfında olmalıdır.
6. Probun çıkış ucu dört uçlu olmalıdır.

**HAVA FİLTRESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (2 adet)**

1. Amasco marka v1262 model cihaza uyumlu olmalıdır.
2. Cihaza uyumlu olmalıdır.
3. 0.3 mikron olmalıdır.
4. İçerisinde kağıt ve tel filtre olmalıdır.
5. Filtre, tamamen paslanmaz malzemeden olmalıdır.

Emine YRYANCI  
KILIS DEVLET HASTANESİ  
Biyokimya Birimi  
(30.05.2019)

Mustafa CENGİZ  
Sterilizasyon Birim  
Sorumlusu