



T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA
BİRİMİ

24/06/2019 16:04 - 52446582 - 949 - E.380



00095893195

Sayı : 35277066-949

Konu : 1 KALEM HASTA KARYOLASI KONTROL KART TAMİRİ İŞİ

TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun 22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç (28/06/2019) günü saat 14:00'e kadar Kilis Devlet Hastanesi, doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1.Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
- 2.Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
- 3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu
- 4.Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2019 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç **120(Yüzyirmi)** gün içerisinde ödenecektir.
- 5.Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
- 6.Teklifler genel çekün / Kısmi teklif üzerinden değerlendirilecektir.
- 7.Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya **kilisdevlethastanesi@gmail.com** adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif
- 8.Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
- 10.Teknik şartname ektedir.

e-imzalıdır.

MEHMET TATLICI

TEKLİFLER

Sıra	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	HASTA KARYOLASI ELEKTRONİK KART TAMİRİ	20	ADET		
			TOPLAM(KDV HARİÇ)		

Detaylı Bilgi için Biyomedikal Muh. Emin Tiryaki 0530 079 24 16

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : MUSTAFA TOPAL

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

e-posta : kilisdevlethastanesi@gmail.com



KİLİS DEVLET HASTANESİ
ARIZA-BAKIM ONARIM İSTEME FORMU



KİLİS HASTANE YÖNETİCİLİĞİ / BAŞHEKİMLİĞİ

CİHAZIN ADI	HASTA KARYOLASI ELEKTRONİK KONTROL KARTI ²⁰ ADET	
MARKASI VE MODELİ	HAELVOET	ARON
ARIZA BİLDİRİM TARİHİ	19.06.2019	
HİZMETE GİRDİĞİ TARİH	2007	
KÜNYE NO/EDİNİM FİYATI	-	
CİHAZ SERİ NO	-	
CİHAZ ÜZERİNDEKİ AVADANLIKLAR	-	
CİHAZIN ÇALIŞTIĞI BİRİM	HASTANE GENELİ	

SERVİS SORUMLUSU

ARIZA AÇIKLAMASI

YATAKLAR ÇALIŞMIYOR

YAPILAN İŞLEMLER HAKKINDA RAPOR

YAPILAN İNCELEMELER SONUCUNDA HASTA KARYOLALARININ ELEKTRONİK KONTROL KARTLARINDAKİ KOMPANETLERİN AŞIRI AKIMDAN DOLAYI PATLADIĞI VE KARTLARIN ARIZALANDIĞI GÖRÜLMÜŞTÜR. ATÖLYE İMKANLARIYLA TAMİRİ MÜMKÜN OLMADIĞINDAN VE YENİ KONTROL KARTLARININ MALİYETLİ OLMASINDAN DOLAYI ARIZALANAN ELEKTRONİK KONTROL KARTLARININ TAMİR EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

GEREKLİ MALZEMELER

1-

2-

<input type="checkbox"/>	Arıza Yapıldı
<input type="checkbox"/>	Malzeme Talebi
<input checked="" type="checkbox"/>	Atölyede tamiri mümkün değil
<input type="checkbox"/>	Garanti kapsamında

Emre TIRYAKI
Biyomedikal Mühendisi

Mecit Bayram
Biyomedikal Teknikeri