



T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA
BİRİMİ

29/08/2019 11:52 - 52446582 - 949 - E.553



00100214266

Sayı : 35277066-949

Konu : 1 Kalem Yeni Doğan Membranlı Ventilator Seti Alımı

TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun 22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç 03/09/2019 günü saat 14:00'e kadar Kilis Devlet Hastanesi,doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1.Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
- 2.Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
- 3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu Birimine teslim edecektir.
- 4.Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2019 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç **120(Yüzyirmi)** gün içerisinde ödenecektir.
- 5.Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
- 6.Teklifler genel yekün üzerinden değerlendirilecektir.
- 7.Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya kilisdevlethastanesi@gmail.com adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif
- 8.Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
- 10.Teknik şartname ektedir.

e-İmzalıdır.

Mehmet TATLICI

İdari ve Mali İşler Müdürü

TEKLİFLER

Sıra	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	YENİ DOĞAN MEMBRANLI VENTİLATÖR SETİ	75	ADET		
				TOPLAM(KDV HARİÇ)	

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : HAKAN BOZOĞLU

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

e-posta : kilisdevlethastanesi@gmail.com

ÇİFT ISITICILI VENTİLATÖR DEVRESİ ŞARTNAMESİ

1. Hasta devresi; inspirasyon hattı, ekspirasyon hattı, ara hortum, basınç ölçüm hattı, adaptör kiti, çift şamandıralı otomatik beslemeli chamber'dan oluşmalı ve tek kullanımlık olmalıdır.
2. Hasta devresinin inspirasyon ve ekspirasyon hatları farklı renkte olmalıdır.
3. Hasta devresinin inspirasyon hattında ısıtıcı teller spiral yapıda olmalıdır.
4. Hasta devresinin ekspirasyon hattı içerisindeki ısıtıcı tel olmalıdır. Hasta devresi, su buharını geçiren malzemeden üretilmiş olmalıdır. Bu özellik ile devre içerisinde oluşabilecek yoğunlaşma problemi difüzyon ile dışarı atılabilmelidir. Bu özellik sayesinde ventilasyon sorunları (Otomatik PEEP, Ventilatör - Hasta uyumsuzluğu, Ventilatör cihazlarının akış veya basınç ölçüm mekanizmalarının yoğunlaşmadan dolayı hassasiyetlerinin bozulması vb..) ve ekspirasyon hattındaki su yoğunlaşma problemleri önlenebilmelidir.
5. Ekspirasyon ve inspirasyon hatlarında su tutucu gibi periyodik kullanıcı müdahalesini gerektiren bir düzenek olmamalıdır.
6. Klinikteki mevcut nemlendirici cihazlarının ısı-akış sensörlerinin verimli kullanımı için, sadece hasta devresinin ısıtıcılı inpirasyon hattının uç kısımlarında 2 (iki) port olmalı ve sensörler bu portlara takıldığı zaman tam oturmalıdır. Küvöz hattında sensör için portu olan setler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
7. Hasta devresi paketi içerisinde bir adet çift şamandıralı otomatik beslemeli chamber bulunmalıdır. Hasta güvenliği açısından chamber içerisinde birincisi arızalandığında otomatik olarak devreye girecek ikinci bir şamandıra bulunmalı ve bu husus chamberin broşüründe açıkça yer almalıdır. Chamber set ile aynı marka olmalıdır. Chamber içerisinde sıkıştırılabilen hava hacmi chamber boş iken en az 650ml chamber dolu iken en fazla 280ml olmalıdır. Kopliyanı 0.4ml/cmH₂o arasında olmalıdı direnci 60L/dk sabit gaz akış hızında en çok 0.5 cmH₂o olmalıdır.
8. Her set ile birlikte 1 adet devre ile aynı marka çift cidarlı filtre verilmelidir. Ekspirasyon sönsörüne su kaçağını önlemek adına çift cidarlı olmayan filtreler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
9. Hasta devresi pediatrik / yenidoğan hastalarda kullanıma uygun olmalıdır.
10. Hasta devresinin 'Y' konnektör kısmı hastaya göre 360° dönebilen yapıya sahip olmalıdır. Bu özellik sayesinde hasta bağlantı noktasında oluşabilecek doku hasarı önlenebilmelidir. 360° dönmeyen 'Y' konnektör kesinlikle kabul edilmeyecektir.
11. Teklifler ile birlikte 1 adet numune verilmelidir. Numune verilmeyen teklifler geçersiz sayılacaktır.

Yöğmur Gülben Meriçoğlu
Hemşire
y

Esma Gülaydın
Ebe
E

Uzm.Dr. Fatma SALTIK
KILIS DEVLET HASTANESİ
Çocuk Sağlığı ve Hast. Uzm.
Dir. Fes.No.: 128770