



T.C.  
KİLİS VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA  
BİRİMİ

04/09/2019 11:43 - 52446582 - 949 - E.562



00100533071

Sayı : 35277066-949

Konu : 1 Kalem Anne Sütü Sağma ve Saklama Seti Alım İşi

**TEKLİF MEKTUBU**

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun 22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç 06/09/2019 günü saat 14:00'e kadar Kilis Devlet Hastanesi, doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1.Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
- 2.Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
- 3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu Birimine teslim edecektir.
- 4.Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2019 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç **120(Yüzyirmi)** gün içerisinde ödenecektir.
- 5.Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
- 6.Teklifler genel yekün üzerinden değerlendirilecektir.
- 7.Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya [kilisdevlethastanesi@gmail.com](mailto:kilisdevlethastanesi@gmail.com) adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif
- 8.Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
- 10.Teknik şartname ektedir.

**e-imzalıdır.**  
**Mehmet TATLICI**  
**İdari ve Mali İşler Müdürü**

TEKLİFLER					
Sıra	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	ANNE SÜTÜ SAĞIM VE SAKLAMA SETİ	250	ADET		
				<b>TOPLAM(KDV HARİÇ)</b>	

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : HAKAN BOZOĞLU

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

e-posta : [kilisdevlethastanesi@gmail.com](mailto:kilisdevlethastanesi@gmail.com)

## ANNE SÜTÜ SAĞIM VE SAKLAMA SETİ ŞARTNAMESİ

1. Malzemeyi oluşturan tüm parçalar medikal derece uygunluğu kanıtlanmış olan; Polipropilen ve Silikon hammaddesinden imal edilmiş olmalıdır. Setin bu anlamdaki güvenliği de ihale dosyasında sunulacak akredite bir kuruluş tarafından onaylı bir kuruma ait **materyal analiz raporları** ile birlikte kanıtlanmalıdır.
2. Ürün insan vücuduna birebir uyumlu bir ürün olmalıdır. Buna ait olarak ürünün, akredite bir kuruluş tarafından uyumlu bir kuruma ait olan; Sensitizasyon, İritasyon ve Sitotoksisite test verileri ve sonuçları ihale dosyasında sunulmalıdır.
3. Set, kaliteli ve güvenli bir mamulden yapılmış olmalıdır. Bu durum bir akredite bir kuruluş tarafından onaylı bir kuruma ait **Migrasyon ve BPA salınım test raporlarıyla** kanıtlanmış olmalı ve raporlar ihale dosyasında sunulmalıdır.
4. Set, dayanıklı bir plastikten yapılmış olacak şekilde **EN 14350 bölüm 1:2004 çocuk kullanım ve bakım – içecek ekipmanı – genel ve mekanik gerekliliklerini** karşılıyor olmalıdır. Karşılığında dair akredite bir kuruluş tarafından onaylı bir kuruma ait test raporları dosyada sunulmalıdır.
5. Setlerin otoklavda 121 derece sıcaklıkta 9 kez steril edilebilir özellikte olduğu, ihale dosyasında sunulacak olan, bağımsız ve bir akredite laboratuvar tarafından sonuçlandırılmış olan **otoklav dayanım test raporu** ile kanıtlanmalıdır.
6. Setlerin raf ömrü en az **5 yıl** olmalıdır.
7. Setler, cihaz ile birebir uyumlu olmalıdır.
8. Setin içerisindeki şişe, 150 ml. kabartmalı ölçekli rakamlarla ölçüleri belirgin şekilde göstermiş olmalıdır.
9. Setin, süt sağım cihazına bağlanan tüp hortumunun ucundaki konektör, setin aynı anda iki anne veya iki memeye adapte edilmesini sağlayabilecek bir yapıda olmalıdır.
10. Set ambalajı üzerinde; ürün imal tarihi, son kullanım tarihi ve üretim yeri, referans ve lot numarası yer almalıdır.
11. Set, süt toplama şişesi ve vidalı özel kapağı, silikon hortum ve ikili konektörden oluşmalıdır.
12. Set numunesi ihale sırasında ilgili kliniğe bırakılacak, kalitesi ve teknik özellikleri bakımından Sağlık Personeli ve Hekimler tarafından incelenip, denenmekle birlikte ürün uygunluğu alındıktan sonra kesin alımına karar verilecektir.
13. AMEDA ELİTE ELECTRIC BREAST anne sütü sağım cihazı ile birebir uyumlu olmalıdır.

Yşımur Güllü Məcanek  
Hemsire  
H

Hilime Nur Polat  
Hemsire  
H

Uzm.Dr. Saffak Bütne BÖKE  
Dip.No: 14071  
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları  
Kilis Devlet Hastanesi





